

INFORMACIÓN DEL PROCESO							
Proceso No.	INVITACIÓN A COTIZAR No. 096-2019 S.NTE						
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☒ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☐ Otros mecanismos						
Objeto a contratar	SUMINISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., VIGENTES Y LOS QUE LLEGAREN A SUSCRIBIR CELEBRADOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, ENGATIVA, TEUSAQUILLO, SUBA Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE ESE.						
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN				
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. NIT: 860506831-7	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.- KAMEX S.A.S. NIT: 800060704-5	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT: 900514360-8	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP- VER SAS E.P. NIT: 830029829-6	TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NIT: 900259168-6
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		(NA)					
1. HABILITANTES JURÍDICOS	1) a) Carta de presentación de la propuesta (modelo anexo no 2 entregado por la subred) b) certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo no 3 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	2. compromiso anticorrupción (modelo anexo no. 4 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	3. certificado de existencia y representación legal / matriculación mercantil (expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	4. Registro único de proponentes (expedición no mayor a noventa (90) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	5. fotocopia del registro único tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	6. fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	7. fotocopia documento de identidad del representante legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	8. certificado antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	Observación:	Observación:	Observación:	Observación:	Observación:
	9. certificado antecedentes - contraloría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	Observación:	Observación:	Observación:	Observación:	Observación:
	10. certificado antecedentes judiciales - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple


CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN				
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. NIT: 860506831-7	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.- KAMEX S.A.S. NIT: 800060704-5	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT: 900514360-8	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP- VER SAS E.P. NIT: 830029829-6	TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS NIT: 900259168-6
1. HABILITANTES JURÍDICOS	11. certificado antecedentes - personería de bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No allega antecedentes de la Personería del representante legal, por lo cual y teniendo en cuenta la Ley antitramites (019/ 2012) se procede a dar impresión del mismo, el cual me permito adjuntar a esta evaluación	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de registro nacional de medidas correctivas - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	13. certificación bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	14. póliza de seriedad de la oferta. su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada por el oferente y su vigencia será de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la oferta. a favor de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. nit. 900.971.006-4	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N.A. Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma
Evaluador criterio
Jurídico:

YULY KATERIN DAVILA MARIN / Profesional de Apoyo Administrativo/ Dirección de Contratación



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- SARLAFT

INVITACION A COTIZAR No. 096 DE 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CON OCASIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR No. 096 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD NORTE ESE VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN , ENGATIVA, TEUSAQUILLO, SUBA Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.

VERIFICACION DOCUMENTACION SARLAFT

DOCUMENTACION REQUERIDA	1. BIOTRONITECH COLOMBIA SA NIT 860506831-7			2. KAMEX INTERNATIONAL SAS NIT 800060704-5			3. PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT 900514360-8		
	HERNANDO HARKER FRANCO CC. 1020744269			MARIO ORLANDO MALDONADO PEREZ CC. 19427555			OCTAVIO CARRILLO DIAZ CC. 79391697		
	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE
Oferta de Servicios	FOLIO 2 PROPUESTA	X		FOLIO 2 PROPUESTA	X		FOLIO 6 PROPUESTA	X	
Pago de Parafiscales	FOLIO 3 AL 4 PROPUESTA	X		FOLIO 3 PROPUESTA	X		FOLIO 7 PROPUESTA	X	
Carta de Presentación de compromiso Anticorrupción	FOLIO 5 PROPUESTA	X		FOLIO 5 PROPUESTA	X		FOLIO 10 PROPUESTA	X	
Camara y Comercio	FOLIO 9 AL 13 PROPUESTA	X		FOLIO 6 AL 15 PROPUESTA	X		FOLIO 11 AL 22 PROPUESTA	X	
Fotocopia del RUT	FOLIO 40 PROPUESTA	X		FOLIO 100 AL 114 PROPUESTA	X		FOLIO 23 PROPUESTA	X	
Fotocopia del RIT	FOLIO 41 PROPUESTA	X		FOLIO 15 AL 16 PROPUESTA	X		FOLIO 24 PROPUESTA	X	
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	FOLIO 42 PROPUESTA	X		FOLIO 119 PROPUESTA	X		FOLIO 25 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes fiscales- Procuraduría General de la Nación	FOLIO 44 AL 45 PROPUESTA	X		FOLIO 120 AL 121 PROPUESTA	X		FOLIO 26 AL 27 PROPUESTA	X	
Responsables Fiscales - Contraloría General de la República	FOLIO 46 AL 47 PROPUESTA	X		FOLIO 122 AL 123 PROPUESTA	X		FOLIO 28 AL 29 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes Disciplinarios- Personería de Bogotá	FOLIO 49 PROPUESTA	X		FOLIO 124 PROPUESTA	X		FOLIO 30 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes Penales- Policia Nacional de Colombia	FOLIO 50 PROPUESTA	X		FOLIO 125 AL 126 PROPUESTA	X		FOLIO 31 AL 32 PROPUESTA	X	
Formato Conocimiento del cliente o contraparte- empresa	FOLIO 6 AL 8 PROPUESTA		X	FOLIO 142 AL 143 PROPUESTA	X		FOLIO 45 AL 47 PROPUESTA	X	
Información financiera	FOLIO 53 AL 64 PROPUESTA	X		FOLIO 145 AL 165 PROPUESTA	X		FOLIO 37 AL 53 PROPUESTA	X	
Verificación en lista vinculante de la ONU-CLINTON	VERIFICADO	X		VERIFICADO	X		VERIFICADO	X	

OBSERVACION: LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS FORMATOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/ CONTRAPARTE CUENTAN CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACION DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012.

INFORME EVALUACION SARLAFT

La propuestas presentada por el oferente:

1. BIOTRONITECH COLOMBIA SA NIT 860506831-7, NO CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT. Formato SARLAFT sin huella del representante Legal, no anexa declaración de renta de la empresa.
2. KAMEX INTERNATIONAL SAS NIT 800060704-5, CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT.
3. PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT 900514360-8, CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT.

Fecha de la evaluación : 16 DE JULIO de 2019

Revisó:


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
 SARLAFT

Elaboró:


MONICA LILIANA SALAZAR NUSTES
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SARLAFT

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- SARLAFT
INVITACION A COTIZAR No. 096 DE 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CON OCASIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR No. 096 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD NORTE ESE VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUEN , ENGATIVA, TEUSAQUILLO, SUBA Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.

VERIFICACION DOCUMENTACION SARLAFT

DOCUMENTACION REQUERIDA	4. SOLUCIONES INTEGRALES VER NIT 830029829-6			5. TU SALUD H & G SAS NIT 900259168-6		
	SANDRA EMILSE SILVA PEREZ CC. 52097715			GILBERTO ORJUELA GUERRERO CC. 19388268		
	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE
Oferta de Servicios	FOLIO 3 PROPUESTA	X		FOLIO 3 PROPUESTA	X	
Pago de Parafiscales	FOLIO 5 PROPUESTA	X		FOLIO 5 PROPUESTA	X	
Carta de Presentación de compromiso Anticorrupción	FOLIO 6 PROPUESTA	X		FOLIO 6 PROPUESTA	X	
Camara y Comercio	FOLIO 7 AL 11 PROPUESTA	X		FOLIO 7 AL 27 PROPUESTA	X	
Fotocopia del RUT	FOLIO 36 PROPUESTA	X		FOLIO 28 PROPUESTA	X	
Fotocopia del RIT	FOLIO 37 PROPUESTA	X		FOLIO 29 PROPUESTA	X	
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	FOLIO 39 PROPUESTA	X		FOLIO 30 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes fiscales- Procuraduría General de la Nación	FOLIO 40 AL 41 PROPUESTA	X		FOLIO 33 PROPUESTA	X	
Responsables Fiscales - Contraloría General de la República	FOLIO 42 AL 43 PROPUESTA	X		FOLIO 31 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes Disciplinarios- Personería de Bogotá		X		FOLIO 32 PROPUESTA	X	
Certificado antecedentes Penales- Policia Nacional de Colombia	FOLIO 44 AL 45 PROPUESTA	X		FOLIO 34 AL 35 PROPUESTA	X	
Formato Conocimiento del cliente o contraparte-empresa	FOLIO 89 AL 91	X		FOLIO 43 AL 45 PROPUESTA	X	
Información financiera	FOLIO 51 AL 95 PROPUESTA	X		FOLIO 46 AL 62 PROPUESTA	X	
Verificación en lista vinculante de la ONU-CLINTON	VERIFICADO	X		VERIFICADO	X	

OBSERVACION: LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS FORMATOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/ CONTRAPARTE CUENTAN CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACION DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012.

INFORME EVALUACION SARLAFT

La propuestas presentada por el oferente:

4. SOLUCIONES INTEGRALES VER NIT 830029829-6, CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT. No anexa certificado de Personería del representante legal, por lo cual y teniendo en cuenta la ley antitramites (019/2012 se procede a dar impresion del mismo.

5. TU SALUD H & G SAS NIT 900259168-6, CUMPLE con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT.



Fecha de la evaluacion : 18 DE JULIO de 2019




Revisó:

Elaboro:


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SARLAFT


MONICA LILIANA SALAZAR NUSTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SARLAFT

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS				CODIGO : AP-CT-F-07-03					
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSION : 3					
					PAGINA : 1 DE 1					
				FECHA : 11/10/2017						
INFORMACIÓN DEL PROCESO										
Proceso No. 096 - 2019										
Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td>A. ☒ Invitación a Cotizar</td> <td>B. ☐ Evento Especial</td> <td>C. ☐ Convocatoria Pública</td> <td>D. ☐ Otros mecanismos</td> </tr> </table>							A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos							
Objeto a contratar: Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los convenios y/o contratos de los proyectos de inversión local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los fondos de desarrollo Local de Usaquen, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.										
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN										
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN							
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5			
			BIOTRONECH COLOMBIA S.A.	KAMEX INTERNACIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S	SOLUCIONE INTEGRALES VER S.A.A E.P.	TU SALUD H&G S.A.S			
			No. NIT: 840.506.831-7	No. NIT: 800.040.704-5	No. NIT: 900.514.340-8	No. NIT: 830.029.829-4	No. NIT: 900.259.148-4			
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de la totalidad de documentos solicitados	1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEBIDAMENTE DISCRIMINADOS CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES VIGENTE, DEL CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL QUE FIRMAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS APORTADOS.	☐ 2. No Cumple Observación: Los documentos anexados como antecedentes disciplinarios y copia de las cédulas de ciudadanía, no corresponden a los nombres y firmas del Contador y Revisor Fiscal que avalan los Estados Financieros.	☒ 1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos exigidos en la presente invitación a cotizar directa.	☒ 1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos exigidos en la presente invitación a cotizar directa.	☐ 2. No Cumple Observación: No se anexan las copias de las tarjetas profesionales ni del Contador Público ni del Revisor Fiscal.	☒ 1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos exigidos en la presente invitación a cotizar directa.			
	Índice de liquidez	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE o igual a 1.5 Mayor	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 1,85	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 1,74	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 8,67	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 5,56	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 1,65			
	Nivel de Endeudamiento	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL o igual a 0.60 Menor	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 0,58	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 0,45	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 0,39	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 0,39	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 0,52			
	Capital de Trabajo	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso Mayor o	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 16.156.000.000	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 8.267.174.484	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 1.055.642.369	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 3.978.888.515	☒ 1. Cumple Observación: Resultado: 1.217.850.040			
OBSERVACIONES: Se realizan los cálculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2018 anexos a la propuesta.										
EVALUADORES										
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:		ELIZABETH ARIZA LEÓN	PROF. UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD							
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:		PAULA ALEJANDRA ROMERO VELOZA	PROF. UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD							
										

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03				
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3 PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 11/10/2017				
INFORMACIÓN DEL PROCESO							
Proceso No.	INVITACIÓN A COTIZAR No. 096 2019 S.NTE						
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☒ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☐ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos						
Objeto a contratar	Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.						
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN				
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida No. NIT: 860504831-7	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S No. NIT: 800060704-5	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS No. NIT: 900514360-8	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. No. NIT: 830.027.829-6	TU SALUD H&G S.A.S No. NIT: 900.259.168-6
3. TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación a en los Pliegos de condiciones de acuerdo al proceso adelantado)	DOCUMENTOS: 1. Registro de inscripción a las buenas practicas de manufacturas según art.8 del Decreto 4725 del 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. En lo correspondiente a los Distribuidores deberán anexar la carta de su fabricante.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	CUMPLE	CUMPLE
	2. Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de dispositivos de asistencia personal de protección en casa, soportes blandos (cuando aplique).	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (VER ANEXO)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Autorización de comercialización cuando corresponda (Distribuidor) carta que demuestre la facultad de distribuir o comercializar, debidamente expedida por el fabricante o importador y donde se expresen los tiempos de garantías de los productos.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)
	4. Carta expedida por el oferente donde certifique su capacidad de almacenamiento de los productos ofertados y un stock para el cubrimiento de la necesidad de acuerdo a rotación y entrega oportuna de la ayuda técnica.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	5. Anexar las fichas técnicas del FABRICANTE de cada uno de los elementos ofertados (Dispositivos de asistencia personal) en el cual contengan: Especificaciones Técnicas, Cuidados y Garantía.	HABILITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)	NO CUMPLE (VER ANEXO)
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CAIFICATORIO	10 PUNTOS	30 PUNTOS	30 PUNTOS	30 PUNTOS	30 PUNTOS
	HOJAS DE VIDA	CAIFICATORIO	20 PUNTOS	10 PUNTOS	20 PUNTOS	20 PUNTOS	20 PUNTOS
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			30 PUNTOS	40 PUNTOS	50 PUNTOS	50 PUNTOS	50 PUNTOS
OBSERVACIONES:							
EVALUADORES							
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	 Jennifer Carolina García Samiento Profesional Especializado UEL Nancy Esterada Novoa Cárdenas Profesional Especializado PIL		 Jennifer Adriana Tijero Profesional Especializado UEL Magaly Núñez Méndez Profesional Especializado PIL				


ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN				
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONTECH Tecnología y servicios para la vida No. NIT: 840504831-7	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S No. NIT: 8000407045	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS No. NIT: 900514360-8	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. No. NIT: 830.029.829-6	TU SALUD H&G S.A.S No. NIT: 900.259.168-6
3. TÉCNICOS (trabaja a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación y en los Preguntas de aclaración de condiciones de ejecución de proceso adelantados)	DOCUMENTOS: 1. Registro de inscripción a las buenas prácticas de manufacturas según art.8 del Decreto 4725 del 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. En la correspondiente a los Distribuidores deberán anexar la carta de su fabricante.	HABITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	APORTA CERTIFICADOS DE INVIMA DE: CONFORT COMPANY - FOLIO 188, LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS GILEITE - FOLIO 204 Y 209, AURORA RODRIGUEZ - FOLIO 208, SAJAC SAS FOLIO 171 PERO NO CARTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE. APORTA CARTA DE DISTRIBUCIÓN: PRAXIS - FOLIO 212, ATH COLOMBIA - FOLIO 214, AFA MEDICAL WORLD - FOLIO 215, FUTURO - FOLIO 218, W&W - FOLIO 224, FISIAYUDAS - FOLIO 225 NO CERTIFICADO DE INVIMA	PRESENTA EN EL FOLIO 56 - CERTIFICACION INVIMA DE AYUDAS DE MOVILIDAD SOBRE MEDIDAS PERO NO ADJUNTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTE FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de dispositivos de asistencia personal de protección en casa, soportes blandos (cuando aplique).	HABITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CERTIFICADO DE INVIMA: PRAXIS - FOLIO 212, ATH COLOMBIA - FOLIO 214, AFA MEDICAL WORLD - FOLIO 215, FUTURO - FOLIO 218, W&W - FOLIO 224, FISIAYUDAS - FOLIO 225	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Autorización de comercialización cuando corresponda (Distribuidor) carta que demuestre la facultad de distribuir o comercializar, debidamente expedida por el fabricante o importador y donde se expresen los tiempos de garantías de los productos.	HABITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	PRESENTA CARTA DE DISTRIBUCIÓN - FOLIO 88, PERO NO MENCIONA EL TIEMPO DE GARANTÍA SEGÚN LO SOLICITADO.	PRESENTA CARTAS DE DISTRIBUCIÓN - FOLIOS 212 - 225, PERO NO MENCIONAN EL TIEMPO DE GARANTÍA	PRESENTA CARTAS DE DISTRIBUCIÓN - FOLIOS 71 - 76 Y 78, PERO NO MENCIONAN EL TIEMPO DE GARANTÍA. LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN FOLIO 77 SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	PRESENTA CARTAS DE DISTRIBUCIÓN - FOLIOS 160 A 162 Y 164 A 166, CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS - LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN FOLIO 163 NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE GARANTÍA	PRESENTA CARTAS DE DISTRIBUCIÓN - FOLIOS No. 175-252 NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE GARANTÍA
	4. Carta expedida por el oferente donde certifique su capacidad de almacenamiento de los productos ofertados y un stock para el cumplimiento de la necesidad de acuerdo a rotación y entrega oportuna de la ayuda técnica.	HABITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - PRESENTA EN EL FOLIO 71 CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	CUMPLE	CUMPLE
	5. Anexar las fichas técnicas de cada uno de los elementos ofertados en el cual contengan: Especificaciones técnicas, Cuidados y Garantía.	HABITANTE: CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE Puntaje 30 puntos total (para 10 puntos por cada certificación) *Como experiencia, el proponente deberá acreditar que tiene como mínimo 5 años de antigüedad en su constitución de la empresa contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, para las personas jurídicas. La información para la verificación será tomada de los datos contenidos en la información de constitución contenida en los certificados de existencia y representación y/o inscripción en el registro de proponentes. *Las personas naturales, deberán acreditar que tiene como mínimo 5 años de experiencia profesional, contados a partir de la matrícula profesional. En el caso de unión temporal o consorcio, la experiencia será la sumatoria de cada uno de los integrantes del mismo, para un total de cinco (5) años como mínimo. *El proponente deberá cumplir con mínimo tres (3) certificaciones de experiencia dentro de los últimos 5 años cuyo objeto comprenda el suministro establecido en la presente convocatoria y la sumatoria de las mismas sumen un monto mínimo del cien por ciento del presupuesto asignado para este proceso.	CALIFICATORIO	10 PUNTOS (PRESENTA CINCO CERTIFICACIONES FOLIOS 107 - 111, DE LOS CUALES SOLO CUMPLE CON LO SOLICITADO EL FOLIO 107	30 PUNTOS (PRESENTA TRES CERTIFICACIONES FOLIOS 346 - 353 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN TIEMPO (ULTIMOS 5 AÑOS Y LA SUMATORIA ES DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO)	30 PUNTOS (PRESENTA TRES CERTIFICACIONES FOLIOS 146 - 148 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN TIEMPO (ULTIMOS 5 AÑOS Y LA SUMATORIA ES DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO)	30 PUNTOS (PRESENTA TRES CERTIFICACIONES FOLIOS 168 - 170 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN TIEMPO (ULTIMOS 5 AÑOS Y LA SUMATORIA ES DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO)	30 PUNTOS (PRESENTA TRES CERTIFICACIONES FOLIOS 102 - 108 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN TIEMPO (ULTIMOS 5 AÑOS Y LA SUMATORIA ES DEL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO)
	HOJAS DE VIDA	CALIFICATORIO	20 PUNTOS	10 PUNTOS (PRESENTA PROFESIONAL - FOLIO 355 - 373 TECNICO FOLIO 374 - 383)	20 PUNTOS (PRESENTA DOS PROFESIONALES FOLIOS - 152 - 160)	20 PUNTOS (PRESENTA DOS PROFESIONALES FOLIOS - 172 - 181)	20 PUNTOS PRESENTA DOS HOJAS DE VIDA DE DOS PROFESIONALES FOLIO No. 109-113, 143-150
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			30 PUNTOS	40 PUNTOS	50 PUNTOS	50 PUNTOS	50 PUNTOS
OBSERVACIONES:							


		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNACIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
GRUPO 1: LÍNEA DE AYUDAS DE MOVILIDAD							
1	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agaraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe. Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. Las patas son graduables en altura de 14" a 20" por medio de pines antioxidables. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	NO PRESENTA	NO PRESENTA DEL FABRICANTE PRESENTA EL DISTRIBUIDOR	NO PRESENTA DEL FABRICANTE	NO PRESENTA	CUMPLE
2	COCHE NEUROLÓGICO	COCHE NEUROLÓGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u hornada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). Ruedas traseras de 10", 12" o 14" inflables en poliuretano antipinchaduras. Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6" con tenedor en Aluminio y Rodamientos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones. Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduables en altura, basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40), en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Topes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura(el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren. Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. CAPIOTA plegable para Protección del sol y la lluvia. MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera. Fácil de plegar y guardar. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Apoyacabezas tipo mariposa. Arnés Torácico Ajustable de fácil postura. Cinturón Pélvico sencillo. Cinturón pélvico cuatro puntos. Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos. Correas cala pies. Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x1 1/4" para aliviar la	NO PRESENTA	NO CUMPLE PRESENTA FICHA DE PROVEEDOR NO DE FABRICANTE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
3	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico antifluído, árnes o cinturones de seguridad, lavables, livianos lavables con control o sin control cefálico, con graduación de 0° a 90° en espaldar y apoya-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeño, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA LA DEL FABRICANTE)	NO PRESENTA	CUMPLE



		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
4	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BÁSICA	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm Ruedas traseras de 22", 24" o 26" Inflables, con aro propulsor en acero niquelado. Taloneras independientes en cada pie, pernera ancha y acolchada de 10 cm. manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, removible o abatible. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico a 45 o 90 grados acolchado (no riata) con hebilla de seguridad y/o arnés torácico de sujeción de acuerdo al requerimiento del usuario. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en ruedas traseras. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 287-303. NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
5	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmRuedas traseras de 22", 24" y 26" Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 6" y 8", con tenedores de acero cromados y ajustables a este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tubo de 1" o 1/4". Tapizado en lona o cordobán reforzado. Cinturón a 45 o 90 gradosTornillos pasantes de Seguridad. Correas en apoyapiés. Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Graduación de altura. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. debe llevar doble refuerzo Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador, llantas antivuelco, atril, espaldar reclinable, mesa de trabajo en acrílico, tope abductor, Aro propulsor con topes y/o recubierto en goma, tensión regulable. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno y sobrepeso.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 304-309. NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquilla y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
6	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO. Cinturón Pélvico acolchado (no riata), debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared. Apoyapiés Monobloque Removible o de Plataformas independientes. Con ruedas antivuelco, pernera ancha acolchada de 10 cm. Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo lijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
7	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco FIJO en tubo de ALUMINIO de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25" inflables, corazas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO. Cinturón Pélvico acolchado (no riata), debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado y/o con 6 puntos de agarre. Con camber DE 0, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Rin de doble pared. Apoyapiés Monobloque Removibles. Con ruedas antivuelco, pernera ancha acolchada de 10 cm. Graduación de Altura. Con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña. Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado y/o tipo lijera Peso aprox.: 12 Kg. Con o sin manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador y la necesidad del usuario, que sera especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Bolsillo en Espaldar. Cintas Reflectivas en el Espaldar y reflectivos en las llantas traseras. Espaldar con tensión regulable. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno y sobre peso. Accesorio: RESPALDO ANATÓMICO RIGIDO: Respaldo de ajuste a la silla de altura ajustable, angulación con respaldo alto y bajo, agarraderas para cuidador, compatible con basculación en las agarraderas	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 310-323, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE




		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
8	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO BÁSICA	SILLA NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mmacabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abalible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que sera especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Cuando se requiera. Tuberia resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo); Calzón anti-escurrido, Abductor de Cadera desmontable. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies. Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria Conitamarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 324-334, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
9	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electroestática, Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados, Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6", 8", con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado, Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura, Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado, Uñas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg.Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Caltón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura(el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. . Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abultada de apoyabrazos ancha y extra larga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20" Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26" con Aro Impulsor, Aros Impulsores de 24" con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. . Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x1 1/4, 8x2" para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2" para sobre peso, Contramarcado con logotipo del FDI y de la ESE full color, Placa	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 335-343, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
12	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electroestática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8", con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espaldar. Tonerías independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDI y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE




		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONTECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
11	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional . Marco PLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en Pintura Electroestática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras mocizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible.COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados. Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura. Cinturón Pélvico sencillo. Cinturón pélvico cuatro puntos. Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correos en muslos. Banda posterior en Gemelos. Correos caña pies. Banda Cefálica, y marcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Accesorios: Mesa de trabajo	NO PRESENTA	NO CUMPLE (PRESENTA FICHA TÉCNICA DE FABRICANTE, FOLIO 324-343. NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE PRESENTAN SILLA CON MEDIDAS ESTANDAR Y SE REQUIERE SOBRE MEDIDAS)	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
12	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO:Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electroestática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación . manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8". con tenedores de acero cromados y BALINERAS.Tapizado en lona o cordoban reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolillo en Espaldar. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno. Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x1 1/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
13	SILLA DUCHA PLEGABLE	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; apoya brazosabatibles ,apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupes de adhesión al piso y/o con ruedas antibacteriales cada una con su freno de acuerdo al requerimiento del usuario. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. acabado pintura electrostática. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. con correa de sujecion a 45° segun requerimiento del usuario.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO SE EVIDENCIAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, FOLIO No. 281-283)	NO CUMPLE (NO CORRESPONDE LA FOTO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FOLIO No. 91)	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO CORRESPONDE LA FOTO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FOLIO No. 285)


		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
14	SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA	Marco en acero y pintura electrostática, altura ajustable, con cubeta y tapa, capacidad de soporte hasta 220 Kg. Importado.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO SE EVIDENCIAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, FOLIO No. 245-248)	NO CUMPLE (NO CORRESPONDE LA FOTO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FOLIO No. 92)	NO PRESENTA	CUMPLE
15	SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto	Fabricada en tubería de acero inoxidable de alta resistencia al peso hasta 130 kg, con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo, acabado pintura electrostática u hornizada, , descansapiés graduables en altura, móviles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad) , ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno, Con arnés de sujeción, Asiento y espaldar estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla. Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad, puede o no incluir pato coprológico. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg.; vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles según se requiera, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura, con correa de sujeción a 45°.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO CORRESPONDE LA FOTO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FOLIO No. 94)	NO PRESENTA	CUMPLE
17	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR	Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIURETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto, Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación bariátrica sobre medidas del usuario, con cinturón de seguridad que tenga hebilla de seguridad pélvico y/o arnés. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Sobre medidas. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
18	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.					
GRUPO 2: AYUDAS DE PROTECCION, EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS							
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
19	COJÍN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN	En celdas de aire, Celdas de 5 cms , 7.5 cms , 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y / o la estabilidad. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
20	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	Cojín Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquión y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos distribuidos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferior moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas, doble forro en lycra antifuídos, lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem Nombre / Descripción Especificación Técnica, garantías y cuidados			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
21	COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD	Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60% de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquibiales, forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO SE EVIDENCIAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, FOLIO No. 261-263)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
22	COJÍN DE POSICIONAMIENTO	Kit de cojines para posicionamiento (Triángulo, cojín para elevación de miembros inferiores y cubo de posicionamiento) en espuma de densidad variable de acuerdo al requerimiento del usuario, con forro lavable, antilíquidos.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
23	COJÍN DE COXIS	Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
24	COLCHÓN SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 20 cm , forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras reforzada y agarraderas de sujeción. Debe incluir (1) protectores de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
25	COLCHÓN ORTOPÉDICOS	Capa externa fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), con espesor de 5 cms, capa interna de cassata de 15cm de espesor y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor (ancho total 25 cm), medidas de acuerdo a la necesidad del usuario, forrado en tela Jacquard- No acarala, tratamientos antiacaros-bacterias y hongos. Con 4 Sujetadores para fácil rotación. Acolchado y debe incluir (1) protectores de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable, terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
26	ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA	En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
27	MESA DE TRABAJO	Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche escualizable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	TABLA DE TRANSFERENCIA	Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad.	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE	Tabla de trasferencia flexible para los cuidadores al transferir y trasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o por los lados según la situación.	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo, debe incluir instalación en el domicilio	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
31	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. Fabricado con materiales flexibles, liviano, que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. Diámetro 40 cm. aprox. Materiales de alta calidad.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg. Accionamiento manual, debe incluir instalación en el domicilio	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. Carga hasta 300 lbs. (136 kgs). Acompañante de talla pequeña puede fácilmente trasladar a un pasajero más pesado. El motor controla la velocidad de ascenso y descenso. El freno electromagnético para completamente y sostiene a la unidad en las escaleras. Los llantos auxiliares permiten el traslado rápido y fácil a través de áreas de desembarque. El cómodo diseño de asiento permite de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. Resistentes bandas reforzadas con acero para un buen agarre a cualquier material de escaleras. Incluye batería recargable y cargador automático. Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
34	PLANTILLA CON REALCE	Plantillas según prescripción medica sobre medidas	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
35	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
36	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	Plantillas tipo tulís alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
37	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	Plantillas tipo tulís bajo impacto: con acolchamientos en cuadrícula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
38	MEDIAS PARA VÁRICE DE COMPRESIÓN GRADUADA KITX3	Media -media para varice X3	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
39	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA ADULTO	Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad(modelo a gusto y necesidad de usuario)	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
40	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA NIÑO	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE
41	CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE	CUMPLE
42	CALZADO ORTOPÉDICO PARA NIÑO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS					
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
OBJETO A CONTRATAR							
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo y demás que conforman la Subred Norte.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
ÍtemNombre / DescripciónEspecificación Técnica, garantías y cuidados			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			BIOTRONITECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S
43	KIT DE PARKINSON	Calzador de mango largo, calzador de medias, abotonador de toma amplia, juego de cubiertos de toma amplia en polipropileno con mango ergonómico, plato anti derrame, vaso y pocillo anti derrame con peso, manilla anti temblor bilateral, abre tapas con mango ergonómico, tapete antideslizante para ducha resistente y de alta calidad, esferas de toma amplia, esponja de aseo corporal con mango largo plástico, pitos metálicos (2 unidades) con cinta al cuello y gancho de amarre a la ropa.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
44	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
45	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA BAÑO	Barra de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero inoxidable, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE
46	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	Barra de sujeción para otros ambientes en casa., Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromados o en pintura electrolítica, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación, cotización por metro	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
47	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	Cama corriente de tres planos:Capacidad de peso de 200 Kg., piecero y cabecero construidos en tubo cuadrado de 1 1/2"cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1,90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrolítica, con ruedas (frenos), barandas, incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de torax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
48	CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA	Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1,90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos móviles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
49	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL	Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8", bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad, altura desde 10 a 25 centímetros	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE
50	MANGO MULTIFUNCIONAL	Mango multifuncional : para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
51	PINZA ALCANZA OBJETOS	Pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
52	CEPILLO EXTENSOR	Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
53	COLOCADOR DE MEDIAS	Base en polipropileno y cinta para agarre, flexible, resistente y de fácil limpieza	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)
54	DESVESTIDOR DE CALZADO	Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)

		EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO 09 2018 ANEXO FICHAS TÉCNICAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
OBJETO A CONTRATAR								
Suministro de Ayudas Técnicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaqué, Suba, Engativá, Teusaquilla y demás que conforman la Subred Norte.								
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR								
Ítem	Nombre / Descripción	Especificación Técnica, garantías y cuidados	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5	
			BIOTRONTECH Tecnología y servicios para la vida	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P.	TU SALUD H&G S.A.S	
55	GANCHO ABOTONADOR	Gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	
56	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	Gancho con mango de madera y funcion para vestir y desvestir.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	
57	MANILLA ANTITEMBLOR	manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrarstar el temblor en mano.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	
58	KIT PARA ALIMENTACIÓN	Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos, vaso y plato antideslizante con agarraduras para beber en posición decúbito con sistema antiderriame.	NO PRESENTA	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	
59	FAJA TIPO CAMP	Dispositivo de inmovilización lumbar. Confeccionado con laminados de poliéster, respirable, hipo alergénico, reforzado con bandas elásticas y cierre de contacto tipo velcro para mejor ajuste; resistente y graduable. Con láminas metálicas moldeables posteriores. En diferentes tallas.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE	
60	FAJA DORSOLUMBAR	Dispositivo de inmovilización tipo chaleco dorso lumbar. Fabricado con laminados de poliéster, hipos alergénico y respirable. Reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro. Varillas verticales posteriores, céfalo-caudales. En diferentes tallas. Se debe tener en cuenta la prescripción médica.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA DEL FABRICANTE)	CUMPLE	CUMPLE	
61	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS, ZAPATOS, DAP DE BAJA COMPLEJIDAD, QUE SE	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.						


 Jennifer Carolina García Sarmiento
 Profesional Especializado PIL


 Jennifer Adriana Tijaro
 Profesional Especializado PIL


 Magaly Nuñez Méndez
 Profesional Especializado PIL


 Jaqueline I Nancy Esmeralda Novoa Cardenas
 Profesional Especializado PIL

Jack