

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS							
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
INFORMACIÓN DEL PROCESO							
Proceso No.:	Invitación a Cotizar 014-2019 S.NTE						
Modalidad:	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☒ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial D. ☐ Otros mecanismos						
Objeto a contratar:	CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.						
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. NIT: 86002134-8	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA NIT: 830039229-1	COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A.- CTP MEDICA S.A. NIT: 800121151-5	G BARCO S.A. NIT: 860044349-4	MEDTRONIC COLOMBIA S.A. NIT: 830025149-8
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		(NA)					
1. HABILITANTES JURÍDICOS	1) a) Rotulación de los sobres de presentación (modelo anexo no. 1 entregado por la subred) b) carta de presentación de la propuesta (modelo anexo no 2 entregado por la subred) c) certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo no 3 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	2. compromiso anticorrupción (modelo anexo no. 4 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	3. certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil (expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	4. Registro único de proponentes (expedición no mayor a noventa (90) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	5. fotocopia del registro único tributario RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	6. fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	7. fotocopia documento de identidad del representante legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	8. certificado antecedentes disciplinarios procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	9. certificado antecedentes - contraloría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	10. certificado antecedentes judiciales - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	11. certificado antecedentes - personería de bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo Observación: No allega antecedentes de la Personería de la Entidad ni del Representante legal, por lo cual y teniendo en cuenta la Ley antitramites (015/ 2012) se procede a dar impresión del mismo, el cual me permito adjuntar a esta evaluación	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	12. certificación bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	13. póliza de seriedad de la oferta: su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada por el oferente y su vigencia será de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la oferta, a favor de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. nit. 900.971.006-4	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N.A.	1. Cumple	N.A.	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Eva: YULY KATERIN DAVILA MARIN / Profesional de Apoyo Administrativo/ Dirección de Contratación

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03
			VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1
			FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	14-2019
--------------------	---------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	---	---	--	--


Objeto a contratar	CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
---------------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA	COMPañÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A
			No. NIT: 860.002.134 - 8	No. NIT: 830.039.229 - 1	No. NIT: 800.121.151 - 5
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEBIDAMENTE DISCRIMINADOS CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL QUE FIRMAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS APORTADO.	1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos solicitados.	1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos solicitados.	1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos solicitados.
	Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4,65	2. No Cumple Observación: Resultado: 1,40	1. Cumple Observación: Resultado: 1,65
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,17	2. No Cumple Observación: Resultado: 0,72	1. Cumple Observación: Resultado: 0,59
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$319.074.462.000	1. Cumple Observación: Resultado: \$33.840.181.000	1. Cumple Observación: Resultado: \$4.252.453.000

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base en los Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2017 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	ARMANDO MAESTRE GZ.	PROF. UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD	
---	---------------------	------------------------------------	---

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	14-2019
--------------------	---------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	---	---	--	--

Objeto a contratar	CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
---------------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	Proponente 5	
			G. BARCO S.A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	
			No. NIT: 8960.044.349 - 4	No. NIT: 830.025.149 - 8	
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEBIDAMENTE DISCRIMINADOS CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL QUE FIRMAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS APORTADO.	1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos solicitados.	1. Cumple Observación: Se anexa la totalidad de los documentos solicitados.	 Observación:
	Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4,50	1. Cumple Observación: Resultado: 5,97	 Observación:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,19	1. Cumple Observación: Resultado: 0,49	 Observación:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$25.290.591.000	1. Cumple Observación: Resultado: \$103.217.089.000	 Observación:

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base en los Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2017 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	ARMANDO MAESTRE GZ.	PROF. UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD	
---	---------------------	------------------------------------	---

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO- SARLAFT

INVITACIÓN A COTIZAR No. 014-2019

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA No.014-2019

OBJETO: CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

VERIFICACION DOCUMENTACION SARLAFT

DOCUMENTACION REQUERIDA	1.ABBOT			2. BOSTON			3. CTP MEDICA			4.G BARCO			5. MEDTRONIC		
	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE
Camara y Comercio	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Fotocopia del RUT	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Manifestacion inhabilidades e incompatibilidades	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Pago de Parafiscales	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Responsables Fiscales - Contraloría General de la República	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes fiscales- Procuraduría General de la Nación	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes Disciplinarios- Personería de Bogotá	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes Penales- Policía Nacional de Colombia	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Carta de Presentación de compromiso Anticorrupción	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Formato Conocimiento del cliente Persona Natural			X			X			X			X			X
Formato Conocimiento del cliente Persona Jurídica	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Oferta de Servicios	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Información financiera	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Verificación en listas vinculantes de la ONU, CLINTON	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

OBSERVACIONES:

INFORME EVALUACION SARLAFT

Las propuestas presentadas por los oferentes: NO CUMPLEN, con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT.

Fecha de la evaluación : Febrero 21 de 2019

Elaboró:


ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SARLAFT

Calle. 66 No.15 - 41

Tel.: 4431790

www.subrednorte.gov.co

Info: Línea 195

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO


Proceso No.	014 - 2019 S.NTE
-------------	------------------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Colizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
-----------	--	---	---	--	--

Objeto a contratar	CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
--------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. No. NIT: 860021348 1. Cumple OBSERVACION: CCAA CON FECHA DE VENCIMIENTO 16/05/2019	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA No. NIT: 830039229-1 1. Cumple OBSERVACION: CCAA CON FECHA DE VENCIMIENTO 28/10/2023	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A No. NIT: 800121151-5 1. Cumple OBSERVACION: CCAA CON FECHA DE VENCIMIENTO 02/05/2022
3. TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	1- LOS OFERENTES DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS CCBPM O CONCEPTO TÉCNICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	2- LOS OFERENTES DEBERÁN DOCUMENTAR LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOSIGILANCIA, DEBERÁ TAMBIÉN REFERENCIAR EL NOMBRE Y NÚMERO DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL PRECITADO PROGRAMA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: *Adjunta carta de inscripción responsable del programa y contacto BIBIANA RESTREPO bibiana.restrepo1@abbott.com	1. Cumple OBSERVACION: *Adjunta carta de inscripción responsable del programa y contacto Maria Fernanda Canvajal Blanco 6295045 ext 2022	1. Cumple OBSERVACION: *Adjunta respuesta emitida por el INVIMA de la inscripción. *Adjunta Carta firmada de representante legal donde indica referente y contacto del programa Giovanni Arias Zapata 8773979 ext 103
	3- LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBEN CONTAR CON REGISTRO INVIMA VIGENTE. SI LOS MISMOS SE ENCUENTRAN PRÓXIMOS A VENCER DEBERÁ ADJUNTARSE EL RADICADO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO INVIMA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem. Resultados acorde a evaluación funcional y normativa	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem
	4-LOS OFERENTES DEBERÁN ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO EXCEL LA MATRIZ ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD, LA INFORMACIÓN ALLÍ CONSIGNADA SE CONSTITUIRÁ LA BASE PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA PERTINENTE. (ANEXO No. 6 MATRIZ TÉCNICA HEMODINAMIA ENTREGADO POR LA SUBRED).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Subsano entrega de matriz con informacion, la cual es sujeta a verificación	1. Cumple OBSERVACION: Matriz entregada en excel, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Matriz entregada en excel, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem
	5-SE DEBE ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS EN PDF DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ARCHIVO INDIVIDUAL, MARCADO CON EL NÚMERO DEL ÍTEM AL CUAL SE HACE REFERENCIA DENTRO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ MISMO LAS FICHAS ENTREGADAS DEBERÁN PERMITIR EL COTEJO DEL REGISTRO INVIMA DEL PRODUCTO OFERTADO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Subsano entrega de matriz con informacion, la cual es sujeta a verificación. Pasa a validación de orden técnico ítem a ítem	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem

EVALUADORES			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	GLORIA ANDREA PANESSO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIMICA FARMACEUTICA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económico:			

 Ministerio de Salud y Protección Social Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03
			VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 3
			FECHA : 11/10/2017


INFORMACIÓN DEL PROCESO	
-------------------------	--

Proceso No.	014 - 2019 S.NTE
-------------	------------------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
-----------	--	---	---	--	--

Objeto a contratar	CONTRATAR LA ENTREGA DE INSUMOS DE ALTO COSTO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
--------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
------------------------------	--	--	--	--	--

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente
			G. BARCO S.A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	(Nombre del proponente)
			No. NIT: 860044349-4	No. NIT: 830025149-8	No. NIT:
3. TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	1- LOS OFERENTES DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS CCBPM O CONCEPTO TÉCNICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: CCAA CON FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2021	1. Cumple OBSERVACION: CCAA CON FECHA DE VENCIMIENTO 13/04/2019 y 25/04/2023	OBSERVACION:
	2- LOS OFERENTES DEBERÁN DOCUMENTAR LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOSURVIGILANCIA, DEBERÁ TAMBIÉN REFERENCIAR EL NOMBRE Y NÚMERO DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL PRECITADO PROGRAMA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: *Se verifica inscripción en página WEB *Indica referente y contacto del programa EVERLIDES MARTINEZ 6510700 ext 1241-1227	1. Cumple OBSERVACION: *Se solicita constancia del último reporte gestionado ante el INVIMA, subsanado *Indica referente y contacto del programa DIANA NISHIKUNI 7427300 / 3102812728	OBSERVACION:
	3-LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBEN CONTAR CON REGISTRO INVIMA VIGENTE. SI LOS MISMOS SE ENCUENTRAN PRÓXIMOS A VENCER DEBERÁ ADJUNTARSE EL RADICADO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO INVIMA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	OBSERVACION:
	4-LOS OFERENTES DEBERÁN ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO EXCEL LA MATRIZ ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD, LA INFORMACIÓN ALLÍ CONSIGNADA SE CONSTITUIRÁ LA BASE PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA PERTINENTE. (ANEXO No. 6 MATRIZ TÉCNICA HEMODINAMIA ENTREGADO POR LA SUBRED).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Matriz entregada en excel, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Matriz entregada en excel, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	OBSERVACION:
	5-SE DEBE ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS EN PDF DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ARCHIVO INDIVIDUAL, MARCADO CON EL NÚMERO DEL ÍTEM AL CUAL SE HACE REFERENCIA DENTRO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ MISMO LAS FICHAS ENTREGADAS DEBERÁN PERMITIR EL COTEJO DEL REGISTRO INVIMA DEL PRODUCTO OFERTADO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	1. Cumple OBSERVACION: Se entregan documentos en orden, pasa a validación de orden técnico ítem por ítem	OBSERVACION:
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS					
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:		GLORIA ANDREA PANESSO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIMICA FARMACEUTICA		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económico:					

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
1	AGUJA 18G X 7 CM (AGUJA DE FUNCION)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
2	AGUJA 21G (AGUJA DE FUNCION)															
3	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESION 3.0MM X15MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE										CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 2.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA MEDICADO 2.5MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA MEDICADO 2.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
7	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESION 2.5M X15MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 3.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 2.5MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 3.5 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 3.5 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 4.0 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 4.0 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	CATETER GUIA JL 5.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CATETER GUIA JL 5.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CATETER GUIA JL 6.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CATETER GUIA JL 6.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CATETER GUIA JR 5.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CATETER GUIA JR 5.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		1. ABBOTT			2- BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
20	CATETER GUIA JR 6.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CATETER GUIA JR 6.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 3.5 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 4.0 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 4.0 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 3.5 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CATETER GUIA XB 0 VODA 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CATETER GUIA XB 0 VODA 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	CATETER MAMARIO 5FR DX				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	CATETER JL 3.5 EN 5FR X100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	CATETER JL 4 EN 5FR X 100 - 110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	CATETER JL 5 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CATETER JL 6 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CATETER JR 3.5 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CATETER JR 4 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CATETER MPA 2 EN 5FR (CATETER MULTIPROPOSITO A2 EN 5FR)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CATETER PIG TAIL 5FR 110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CATETER PIG TAIL 5FR 125 CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CATETER (TRAPEASE) 5FR (DXTERTY RADIAL) T				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA HIDROFILICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA FLOOPY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	GUIA DIAGNOSTICA DE 0.035 X 150				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	GUIA DIAGNOSTICA DE 0.035 X 260				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 150 AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 260 AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	INTRODUCTOR FEMORAL 5FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	INTRODUCTOR FEMORAL 6FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	INTRODUCTOR FEMORAL 7FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	INTRODUCTOR FEMORAL 9 FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									

ITEM	DESCRIPCION	1- ABBOTT			2- BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
50	INTRODUCTOR RADIAL 5FR															
51	INTRODUCTOR RADIAL 6FR															
52	JERINGA INSUFLADORA	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ DIFIERE DEL APORTADO EN LA FICHA TECNICA 2007DM-0000605	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
53	STENT MEDICADO 2.25mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	STENT MEDICADO 2.25mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	STENT MEDICADO 2.5mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	STENT MEDICADO 2.5mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	STENT MEDICADO 2.5mm X 28MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3. CTP MEDICA			4. G BARCO			5. MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
58	STENT MEDICADO 2.5mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	STENT MEDICADO 2.75mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	STENT MEDICADO 2.75mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	STENT MEDICADO 2.75mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	STENT MEDICADO 2.75mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	STENT MEDICADO 3.0mm X 18MM	CUMPLE	EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	STENT MEDICADO 3.0mm X 22MM	CUMPLE	EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1- ABBOTT			2- BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
65	STENT MEDICADO 3.0mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	STENT MEDICADO 3.0mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	STENT MEDICADO 3.5mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	STENT MEDICADO 3.5mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	STENT MEDICADO 3.5mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	STENT MEDICADO 3.5mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	STENT MEDICADO 4.0mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
93	STENT LARGOS DE 3,5 X 48				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
94	STENT LARGOS DE 4,0 X 38				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
95	STENT LARGOS DE 4,0 X 48				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
96	STENT PERIFERICO BALON MONTADO DE 5MM A 14MM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	STENT PERIFERICO RECUBIERTO DE 6MM A 14 MM															
98	STENT AUTOEXPANDIBLE 5MM A 14 MM LONGITUDES VARIABLES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	STENT RENAL DE 4MM A 7MM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	INTRODUCTOR DE 7 FR X 45CM															
101	INTRODUCTOR DE 6 FR X 45CM															
102	CATETER COBRA				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
103	MICROCOILS 3 A 7MM DE DIAMETRO CON DIFERENTES LONGITUDES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	CATETER DE OCLUSION TOTAL 0.014 A 0.035							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1- ABBOTT			2- BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
1	AGUJA 18G X 7 CM (AGUJA DE FUNCION)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
2	AGUJA 21G (AGUJA DE FUNCION)															
3	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESION 3.0MM X15MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE										CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 2.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA MEDICADO 2.5MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA MEDICADO 2.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA. ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REVISY Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ. SE REVISY FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
7	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESION 2.5M X15MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REvisa Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ, SE REvisa FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 3.0MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REvisa Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ, SE REvisa FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 2.5MM X20MM	PEND	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO INVIMA APORTADO EN LA MATRIZ NO SUPERA LA VALIDACION EN LA PAGINA INVIMA, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REGISTRO ASOCIADO CON LA INFORMACION CITADA. SE REvisa Y SE ENCUENTRA INVIMA 2017DM-00159991 EL CUAL APARENTEMENTE CORRESPONDE AL DISPOSITIVO REGISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ, SE REvisa FICHA TECNICA Y REGISTRO 2016DM-0000291 EL CUAL CORRESPONDE A CATETER DE DILATACION CORONARIA VENCIDO 28/09/2016	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 3.5 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 3.5 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 4.0 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CATETER GUIA RADIAL DERECHO CURVA 4.0 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	CATETER GUIA JL 5.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CATETER GUIA JL 5.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CATETER GUIA JL 6.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CATETER GUIA JL 6.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CATETER GUIA JR 5.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CATETER GUIA JR 5.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2- BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
20	CATETER GUIA JR 6.0 FR X 3.5				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CATETER GUIA JR 6.0 FR X 4.0				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 3.5 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 4.0 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 4.0 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CATETER GUIA RADIAL IZQUIERDO CURVA 3.5 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CATETER GUIA XB 0 VODA 5F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CATETER GUIA XB 0 VODA 6F				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	CATETER MAMARIO 5FR DX				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	CATETER JL 3.5 EN 5FR X100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	CATETER JL 4 EN 5FR X 100 - 110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	CATETER JL 5 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CATETER JL 6 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CATETER JR 3.5 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CATETER JR 4 EN 5FR X 100-110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CATETER MPA 2 EN 5FR (CATETER MULTIPROPOSITO A2 EN 5FR)				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CATETER PIG TAIL 5FR 110CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CATETER PIG TAIL 5FR 125 CM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CATETER (TRAPEASE) 5FR (DXTERTY RADIAL) T				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA HIDROFILICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	GUIA ANGIOPLASTIA CORONARIA FLOOPY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	GUIA DIAGNOSTICA DE 0.035 X 150				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	GUIA DIAGNOSTICA DE 0.035 X 260				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 150 AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	GUIA HIDROFILICA DE 0.035 X 260 AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	INTRODUCTOR FEMORAL 5FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	INTRODUCTOR FEMORAL 6FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	INTRODUCTOR FEMORAL 7FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	INTRODUCTOR FEMORAL 8FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	INTRODUCTOR FEMORAL 9 FR				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3. CTP MEDICA			4. G BARCO			5. MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
50	INTRODUCTOR RADIAL 5FR															
51	INTRODUCTOR RADIAL 6FR															
52	JERINGA INSUFLADORA	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ DIFIERE DEL APORTADO EN LA FICHA TECNICA 2007DM-0000605	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
53	STENT MEDICADO 2.25mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	STENT MEDICADO 2.25mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	STENT MEDICADO 2.5mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	STENT MEDICADO 2.5mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	STENT MEDICADO 2.5mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
58	STENT MEDICADO 2.5mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	STENT MEDICADO 2.75mm X 18MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	STENT MEDICADO 2.75mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	STENT MEDICADO 2.75mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	STENT MEDICADO 2.75mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	STENT MEDICADO 3.0mm X 18MM	CUMPLE	EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	STENT MEDICADO 3.0mm X 22MM	CUMPLE	EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
65	STENT MEDICADO 3.0mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	STENT MEDICADO 3.0mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	STENT MEDICADO 3.5mm X 16MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	STENT MEDICADO 3.5mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	STENT MEDICADO 3.5mm X 26MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	STENT MEDICADO 3.5mm X 30MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	STENT MEDICADO 4.0mm X 22MM	CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO EL REGISTRO SUMINISTRADO EN LA PRESENTE MATRIZ NO AMPARA LA REFERENCIA DE LA FICHA TECNICA XIENCE V	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	1. ABBOTT			2. BOSTON			3- CTP MEDICA			4- G BARCO			5- MEDTRONIC		
		EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL	EVALUACION FUNCIONAL	EVALUACION NORMATIVA	EVALUACION TOTAL
93	STENT LARGOS DE 3,5 X 48				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
94	STENT LARGOS DE 4,0 X 38				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
95	STENT LARGOS DE 4,0 X 48				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
96	STENT PERIFERICO BALON MONTADO DE 5MM A 14MM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	STENT PERIFERICO RECUBIERTO DE 6MM A 14 MM															
98	STENT AUTOEXPANDIBLE 5MM A 14 MM LONGITUDES VARIABLES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	STENT RENAL DE 4MM A 7MM				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	INTRODUCTOR DE 7 FR X 45CM															
101	INTRODUCTOR DE 6 FR X 45CM															
102	CATETER COBRA				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE									
103	MICROCOILS 3 A 7MM DE DIAMETRO CON DIFERENTES LONGITUDES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	CATETER DE OCLUSION TOTAL 0.014 A 0.035							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE