

CONVOCATORIA PUBLICA N° 005 DE 2017

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA CONVENCIONAL Y ESPECIALIZADA TALES COMO RAYOS X SIMPLE Y CON CONTRASTE, MAMOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA SIMPLE Y CON CONTRASTE, ECOGRAFÍA GENERAL, GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA, RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, LA CUAL PODRÁ SER TOMADA EN SEDES ALTERNAS DISPUESTAS POR EL CONTRATISTA Y, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA; ESTA ÚLTIMA CON EL FIN DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS GUIADOS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y ECOGRAFÍA, PARA FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS CON EL OBJETIVO DE OFRECER A LOS PACIENTES TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE”.

ADENDA No 001

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES PROPONENTES

1. OBSERVACIONES DE RADIOLOGIA Y EQUIPOS DIAGNOSTICOS - RX S.A.S.

OBSERVACIÓN No 1

1. En el numeral 2.3.2, en relación con los lineamientos técnicos generales en la prestación del servicio integral de imagenología, se encuentran las estadísticas de las diferentes modalidades, con excepción de los procedimientos de intervencionismo, sin embargo, la convocatoria incluye radiología intervencionista. ¿Existen datos estadísticos de estos procedimientos relacionados con el número y tipo de procedimientos que se requieren?

RESPUESTA

Por tratarse de un servicio no prestado en la subred no se cuenta con estadísticas de producción. Se trata de un servicio nuevo que se irá desarrollando progresivamente de acuerdo a la demanda en donde inicialmente se ofrecerá a los pacientes técnicos mínimamente invasivos con fines diagnósticos y terapéuticos. El operador deberá estar en capacidad de ofrecer la realización de biopsias con aguja fina, trucut y drenajes guiados bajo ecografía y TAC

OBSERVACIÓN No 2

2. Teniendo en cuenta que en las estadísticas no están cuantificadas las actividades de radiología intervencionista, ¿cuál es el presupuesto destinado para dichos procedimientos y para los insumos requeridos en estos?

RESPUESTA

De acuerdo con la respuesta a la observación anterior el proponente deberá garantizar los estudios relacionados incluyendo los insumos.

OBSERVACIÓN No 3

3. Teniendo en cuenta las tarifas contratadas en la actualidad frente a las estadísticas publicadas, vemos con preocupación una diferencia importante en la proyección realizada en la convocatoria. Por tal razón, quisiéramos conocer:

3.1. ¿Dichas estadísticas corresponden a la totalidad de los estudios realizados en las 5



instituciones que conforman la Subred?

3.2. ¿Quién asumirá el costo del mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos) de los equipos propios de cada institución?

3.3. ¿Quién asumirá el valor, manejo y disponibilidad de los medios de contraste, así como de los insumos necesarios para la realización de los estudios en las diferentes modalidades?

RESPUESTA

3.1 Si corresponden. Dentro de la reorganización de la subred norte se elimina la prestación del servicio en el CAPS Verbenal correspondiente a la USS Usaqué.

3.2 La institución asume el mantenimiento de los equipos propios con los repuestos requeridos. En caso de detectar que los daños ocasionados fueron por mala manipulación del personal suministrado por el proveedor, éste asumirá el costo correspondiente.

3.3 El proveedor del servicio.

OBSERVACIÓN No 4

4. Debido a que son varios los equipos a instalar, muchos de los cuales requieren una serie de preinstalaciones que cumplan con los requerimientos técnicos del fabricante, ¿cuándo es posible realizar esas visitas de preinstalación en cada una de las instituciones que conforman la Subred?

RESPUESTA

De acuerdo con el cronograma establecido en los pliegos, la visita técnica se realizará el día 13 de Marzo del presente año, con punto de encuentro a las 7 am en la sede Chapinero ubicada en la Calle 66 No 15 - 41. Se aceptan máximo dos personas por proponente. Referentes:

Arquitecto: Carlos Zamudio; Celular 311-219-03-15

Ingeniero: Royer Sutaneme; Celular 311-464-21-65

OBSERVACIÓN No 5

5. ¿Existe más personal de planta en uno o varios de los hospitales como tecnólogos, personal administrativo o especialistas dependientes de los servicios propios de Ginecología y Obstetricia de cada institución, que vaya a cumplir tareas asistenciales en los servicios de Imágenes Diagnósticas, adicionales a los reportados en el Anexo 5?

RESPUESTA


No existe personal adicional al reportado.

OBSERVACIÓN No 6

6. ¿Bajo qué condiciones funcionará el personal de planta en cada institución y en qué horarios prestarán sus servicios?

RESPUESTA

USS CHAPINERO

USS ENGATIVA

PERSONAL MAGNETOLOGÍA POR EQUIPO USS ENIGATMA						
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACIÓN	CARGO	No. CARNET R.	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	2888	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	RX CONVENCIONAL 1Y
JOSE WILSON RANOS OLIVEROS	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	13372	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	RX CONVENCIONAL 1Y
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	2888	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	TAC
JULIA HAYDEE SANCHEZ	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGA	782	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	TAC
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	2888	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	ARCO EN C
JOSE WILSON RANOS OLIVEROS	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	13372	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	ARCO EN C
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	2888	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	RX PORTATIL
JOSE WILSON RANOS OLIVEROS	PLANTA USS ENIGATMA	TECNOLOGO	13372	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	RX PORTATIL

OBSERVACIÓN No 7

7. ¿Alguna de las instituciones cuenta con contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos propios de cada hospital?

RESPUESTA TÉCNICA

La institución cuenta con los contratos para el mantenimiento de los equipos propios de cada una de las USS de la Subred Norte. Como se respondió anteriormente, la institución asume el mantenimiento de sus propios equipos.

OBSERVACIÓN No 8

8. ¿Cuántos segundos de exposición tiene el tubo del tomógrafo instalado en el Hospital de Engativá?

RESPUESTA

El tubo del TAC ubicado en la USS Engativá tiene fecha de vencimiento el 01/01/2020. A la fecha tiene 319.980 disparos

OBSERVACIÓN No 9

9. En el numeral 3.4, dentro de los requisitos a evaluar aparecen 9 ecógrafos, sin embargo, en el Anexo 5 aparecen relacionados 7 ecógrafos necesarios por parte del operador para la Subred. ¿Cuál es el número de ecógrafos que requiere la Subred para la prestación de los servicios?

RESPUESTA

Los ecógrafos necesarios para la prestación del servicio son 7 equipos

OBSERVACIÓN No 10

10. En las estadísticas aparecen estudios de rayos X realizados en el Hospital de Usaquén, sin embargo, en el Anexo 5 no se menciona ningún equipo de rayos X instalado. Por lo anterior:

Ventanilla de Correspondencia: Cra. 6 A No. 119B-14
Sede Administrativa: Calle 66 No. 15-41
Tel.: 6583030/ 3499080
www.subrednorte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

GD-F-07-01

10.1. ¿Se realizan Rayos X en esa institución?

10.2. ¿La institución cuenta con equipo de Rayos X fijo?

RESPUESTA

10.1 No se realizan debido a que se efectuó el cambio del equipo de rayos x, para el CAPS SUBA

10.2 Actualmente el CAPS de Verbenal no cuenta con equipos de radiología.

OBSERVACIÓN No 11

11. ¿Cuáles son los tipos de estudios a realizar en Tomografía Computarizada, para definir las características técnicas del equipo multicorte a ofertar?

RESPUESTA

Se incluyen todos los estudios simples y con contraste de las diferentes partes del cuerpo con reconstrucciones multiplanares y en 3D, así como estudio de Angiotac y Urotac. No se requiere la realización de estudio funcional (perfusión por TC, neuro imagen funcional), ni corazón, ni estudios relacionados con cirugía cardiovascular

2. OBSERVACIONES DE SOLUCIONES MEDICAS CBP SAS

OBSERVACIÓN No 1

1. Teniendo en cuenta las tarifas propias del mercado y las condiciones contractuales de los operadores actualmente contratados en las unidades de servicio de la red norte, quisiéramos corroborar las si el presupuesto de la invitación corresponde a dos meses o es un error de digitación y con el número de exámenes y equipos solicitados es el presupuesto asignando a un tiempo menor de ejecución.

RESPUESTA:

En efecto se presentó un error de digitación al respecto. Con el ánimo de subsanar se decidió aumentar la disponibilidad presupuestal en \$120'000.000 (ciento veinte millones de pesos m/cte) para cubrir los dos meses definidos en la convocatoria

OBSERVACIÓN No 2

2. En caso de corresponder a un presupuesto destinado para 1 mes, quisiéramos saber cuáles son los criterios para disminuir en más de un 30 % las tarifas contra las actualmente contratadas y si corresponden a un error en la contratación de dichos contratos vigentes.

RESPUESTA:

Esta observación queda aclarada con la respuesta de la observación inmediatamente anterior.

OBSERVACIÓN No 3

3. Solicitamos hacer referencia a los tipos de exámenes que se realizan con los tomógrafos y con resonancia



RESPUESTA

Se incluyen todos los estudios simples y con contraste de las diferentes partes del cuerpo con reconstrucciones multiplanares y en 3D, así como estudio de Angiotac y Urotac. No se requiere la realización de estudio funcional (perfusión por TC, neuro imagen funcional), ni corazón, ni estudios relacionados con cirugía cardiovascular

OBSERVACIÓN No 4

4. Teniendo en cuenta que algunos de los equipos son propiedad de la red norte, quisiéramos conocer información sobre el tiempo de uso, disparos, reparaciones previas y empresas que han realizado dichas intervenciones, toda vez que las casas matrices no aceptan contratos en equipos con reparaciones por otra empresa diferentes a los importadores.

RESPUESTA

La institución cuenta con los contratos para el mantenimiento de los equipos propios de cada sede y es responsabilidad de la institución velar por el buen funcionamiento de los mismos.

OBSERVACIÓN No 5

5. Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y la transición de instalación de los equipos solicitamos explicar los tiempos que requiere la red norte para realizar las preinstalaciones eléctricas para poner en funcionamiento de los equipos. De la misma forma solicitamos una visita técnica para valorar tipo de equipos compatibles con las características eléctricas de las unidades de diagnóstico.

RESPUESTA

De acuerdo con el cronograma establecido en los pliegos, la visita técnica se realizara el día 13 de Marzo del presente año, con punto de encuentro a las 7 am en la sede Chapinero ubicada en la Calle 66 No 15 - 41. Se aceptan máximo dos personas por proponente.

De los resultados de las visitas los proponentes, acorde con las características propias de los equipos que vayan a proveer definirán los tiempos y requerimientos de instalación los cuales serán responsabilidad del mismo.

OBSERVACIÓN No 6

6. Solicitamos información sobre los planes de contingencia planeados para la atención de pacientes durante los tiempos de instalación de los equipos, así como las posibles adecuaciones que deberán hacer los hospitales para ofrecer los diferentes requerimientos eléctricos de los equipos.

RESPUESTA

El proveedor en coordinación con el supervisor del contrato tendrá que establecer un plan de contingencia en el cual se contemplen todos los aspectos para no interferir en la prestación del servicio.

3. OBSERVACIONES INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. – IDIME S.A.

OBSERVACIÓN No 1

Especificar el detalle de los equipos que deben estar en cada sede.

RESPUESTA

De acuerdo con la demanda de servicios establecida para cada USS, el proponente definirá el y/o los equipos con la tecnología necesaria y cumpliendo las especificaciones mínimas establecidas en la convocatoria que se refiere puntualmente en el numeral 3.4, evaluación equipos

OBSERVACIÓN No 2

Usaquén y Chapinero tienen una población baja, por lo que se solicita determinar si se puede manejar la Red Alterna para toma de estudios de Radiología y ecografía

RESPUESTA

Los estudios de la USS Usaquén serán prestados en USS de la Subred Norte diferentes a Usaquén. Los de la USS Chapinero continuarán prestándose en la instalación ubicada en la calle 66 No 15-41

OBSERVACIÓN No 3

Se solicita el listado de equipos de Imágenes Diagnosticas con los que cuenta cada hospital ya que no vienen relacionados en el borrador de los pliegos, junto con el estado actual, fecha de adquisición y estado de los mantenimientos

RESPUESTA

En el anexo # 5 se establecen de manera general los equipos con los que cuenta la institución en cada sede. La institución cuenta con los contratos para el mantenimiento de los equipos propios de cada sede y es responsabilidad de la institución velar por el buen funcionamiento de los mismos.

OBSERVACIÓN No 4

Se solicita el listado de personal con el que cuenta actualmente cada uno de los servicios ya que no vienen relacionados en los pliegos.

RESPUESTA

USS CHAPINERO

TURNOS TECNICOS DE RADIOLOGIA MARZO/2017																															
HORARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7:00 AM A 13:00		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
P.M. TURNOS		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
HECTOR SANABRIA																															
LIDER FUNCIONAL URGENCIAS UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO																															

TURNOS TECNICOS DE RADIOLOGIA OPS MARZO/2017																															
	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	19:00 A 7:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
JOSE ANTONIO GARCIA	19:00 A 7:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
YACIRA SOLANO	19:00 A 7:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	13:00 A 19:00 Y																														
LUIS DANIEL GUTIERREZ	7:00 A 19:00	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

MEDICO RADIOLOGO : DR. JOSE BERACASA. Realiza lectura y supervisión al servicio los días Miércoles y Viernes de 16:00 a 19:00 p.m.

USS SIMON BOLIVAR

HORARIOS LABORALES
IDIME S.A.
SEDE SIMON BOLIVAR

AREA	HORARIO LUNES A VIERNES	
MEDICO RADIOLOGA	7:00 AM A 6:00 PM	
TECNOLOGOS TAC DIA	6:00 AM A 2:00 PM	1:00 PM A 9:00 PM
TECNOLOGOS TAC NOCHE	8:00 PM A 6:00 AM	
TECNOLOGOS RX DIA	6:00 AM A 2:00 PM	2:00 PM A 9:00 PM
TECNOLOGOS RX NOCHE	8:00 PM A 6:00 AM	
ADMISION Y REGISTRO	6:00 AM A 12:00 M	12:00 M A 6:00 PM
ENTREGA DE RESULTADOS	6:00 AM A 2:00 PM	12:00 PM A 8:00 PM
TRANSCRIPCION	8:00 AM A 6:00 PM	
AUXILIARES DE ENFERMERIA	6:00 AM A 2:00 PM	12:00 M A 8:00 PM
	8:00 AM A 5:00 PM	
COORDINACION SEDE	8:00 AM A 5:00 PM	
AREA	HORARIO SABADO	
MEDICO RADIOLOGA	8:00 AM A 5:00 PM	
TECNOLOGOS TAC DIA	7:00 AM A 7:00 PM	
TECNOLOGOS TAC NOCHE	8:00 PM A 6:00 AM	
TECNOLOGOS RX DIA	6:00 AM A 2:00 PM	2:00 PM A 9:00 PM
TECNOLOGOS RX NOCHE	8:00 PM A 6:00 AM	
ADMISION Y REGISTRO	6:00 AM A 12:00 M	12:00 M A 6:00 PM
ENTREGA DE RESULTADOS	8:00 AM A 5:00 PM	
TRANSCRIPCION	8:00 AM A 5:00 PM	
AUXILIARES DE ENFERMERIA	6:00 AM A 2:00 PM	12:00 M A 8:00 PM
	8:00 AM A 5:00 PM	

Ventanilla de Correspondencia: Cra. 6 A No. 119B-14
Sede Administrativa: Calle 66 No. 15-41
Tel.: 6583030/ 3499080
www.subrednorte.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
GD-F-07-01

USS ENGATIVA

PERSONAL IMAGENOLOGIA POR EQUIPO USS ENGATIVA						
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACION	CARGO	No. CARNET R.P	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
LUIS DANIEL GUTIERREZ PEDRAZA	IDME	TECNOLOGO	19085	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	2889	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
JOSE WILSON RAMOS OLIVEROS	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	13272	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
DIEGO NICOLAS CASTRO BAYONA	IDME	TECNOLOGO	9442	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
ERIKA JULIETH DAZA GARZON	IDME	TECNOLOGA	19920	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
DANIEL ALEJANDRO DURAN RODRIGUEZ	IDME	TECNOLOGO	19590	8:00AM - 9:00PM	DIA	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
ZULAY VARGAS SANCHEZ	IDME	TECNOLOGA	798	1:00PM - 9:00PM	TARDE	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	IDME	TECNOLOGA	1925	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	RX CONVENCIONAL 1 Y 2
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACION	CARGO	No. CARNET R.P	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
ZULAY VARGAS SANCHEZ	IDME	TECNOLOGA	798	1:00PM - 9:00PM	TARDE	MANOGRAFO
ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	IDME	TECNOLOGA	1925	1:00PM - 9:00PM	TARDE	MANOGRAFO
ERIKA JULIETH DAZA GARZON	IDME	TECNOLOGA	19920	1:00PM - 9:00PM	TARDE	MANOGRAFO
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACION	CARGO	No. CARNET R.P	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
LUIS DANIEL GUTIERREZ PEDRAZA	IDME	TECNOLOGO	19085	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	-AC
DIEGO NICOLAS CASTRO BAYONA	IDME	TECNOLOGO	9442	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	-AC
ERIKA JULIETH DAZA GARZON	IDME	TECNOLOGA	19920	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	-AC
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	2889	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	-AC
JULIA MAYCEE SANCHEZ	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGA	792	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	-AC
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACION	CARGO	No. CARNET R.P	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
LUIS DANIEL GUTIERREZ PEDRAZA	IDME	TECNOLOGO	19085	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	ARCO EN C
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	2889	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	ARCO EN C
JOSE WILSON RAMOS OLIVEROS	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	13272	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	ARCO EN C
DIEGO NICOLAS CASTRO BAYONA	IDME	TECNOLOGO	9442	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	ARCO EN C
ERIKA JULIETH DAZA GARZON	IDME	TECNOLOGA	19920	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	ARCO EN C
DANIEL ALEJANDRO DURAN RODRIGUEZ	IDME	TECNOLOGO	19590	8:00AM - 9:00PM	DIA	ARCO EN C
ZULAY VARGAS SANCHEZ	IDME	TECNOLOGA	798	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	ARCO EN C
ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	IDME	TECNOLOGA	1925	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	ARCO EN C
NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACION	CARGO	No. CARNET R.P	HORARIO	HORARIO	EQUIPO
LUIS DANIEL GUTIERREZ PEDRAZA	IDME	TECNOLOGO	19085	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	RX PORTATIL
MARIO FERNANDO ROMERO CASTRO	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	2889	7:00AM - 12:00PM	MAÑANA	RX PORTATIL
JOSE WILSON RAMOS OLIVEROS	PLANTA USS ENGATIVA	TECNOLOGO	13272	7:00AM - 1:00PM	MAÑANA	RX PORTATIL
DIEGO NICOLAS CASTRO BAYONA	IDME	TECNOLOGO	9442	8:00PM - 7:00AM	TURNO NOCTURNO	RX PORTATIL
ERIKA JULIETH DAZA GARZON	IDME	TECNOLOGA	19920	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	RX PORTATIL
DANIEL ALEJANDRO DURAN RODRIGUEZ	IDME	TECNOLOGO	19590	8:00AM - 9:00PM	DIA	RX PORTATIL
ZULAY VARGAS SANCHEZ	IDME	TECNOLOGA	798	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	RX PORTATIL
ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	IDME	TECNOLOGA	1925	1:00PM - 9:00PM	TARDE REFUERZO NOCHE	RX PORTATIL

OBSERVACIÓN No 5

Especificar el horario de atención de cada sede

RESPUESTA

Los tiempos de atención están definidos en el anexo No 5.

OBSERVACIÓN No 6

Se solicita aclaración si para el manejo del Arco en C se requiere personal técnico y si este debe estar contemplado en la oferta.

RESPUESTA

El personal requerido está contemplado en el anexo No 5

OBSERVACIÓN No 7

Especificar en los procedimientos de Resonancia y Radiología que la atención sea extramural por la demanda baja y la complejidad de los estudios.

RESPUESTA

La RNM se presta en sede alterna por parte del proveedor. Los estudios radiológicos de Usaquén ya no se exigen. Los estudios radiológicos de la USS Chapinero deberán prestarse de acuerdo con los requerimientos definidos en el anexo No 5

OBSERVACIÓN No 8

Aclarar la fecha de publicación de los resultados de la evaluación de las propuestas ya que en la página Web dice 27 de febrero de 2017.

RESPUESTA

En efecto se trata de un error involuntario. La fecha es el 27 de marzo de 2017




OBSERVACIÓN No 9

Solicitamos discriminar en la proyección de procedimientos mensuales la ecografía ginecológica de la general por sede.

RESPUESTA

En las USS Simón Bolívar y Engativá la institución provee el personal especializado. La USS SUBA El promedio ecografía mes general 943 y ginecológico 907

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Enrique Páez	Profesional Especializado	
Proyectado por	Royer Sutaneme Enrique Páez	Ing Biomédico Profesional Especializado	
Revisado por	Dr. Álvaro Galvis Barrios Dr. Mauricio Cuberos	Asesor Jurídico Subgerente De Servicios	
Aprobado por:	Dr. Álvaro Galvis Barrios	Asesor Jurídico	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Ventanilla de Correspondencia: Cra. 6 A No. 119B-14
Sede Administrativa: Calle 66 No. 15-41
Tel.: 6583030/ 3499080
www.subrednorte.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
GD-F-07-01