	CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	006-2019
-------------	----------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☐ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☒ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
-----------	--	--	---	---	--

Objeto a contratar	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN LA USS SIMON BOLIVAR
--------------------	---


INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UT IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	JOMEDICAL SAS	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
			No. NIT:	No. NIT: 800,088,519-0	No. NIT: 860,350,543-9
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
2. HABILITANTES FINANCIEROS	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma de quien consolida la información Evaluador criterio Jurídico:	Luis Enrique Pérez Falla Profesional Especializado Dirección de Contratación - Compras
---	--

	CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03
			VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 3
			FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	006-2019
-------------	----------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☐ Invitación a Colizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☒ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
-----------	--	--	---	---	--

Objeto a contratar	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN LA USS SIMON BOLIVAR
--------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN


CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			AJOVECO SAS	GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	TECNICA ELECTROMEDICA
			No. NIT: 860.010.268-1	No. NIT: 900.757.947-3	No. NIT: 830.004.892-2
1. HABILITANTES JURIDICOS	DOCUMENTOS JURIDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
2. HABILITANTES FINANCIEROS	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma de quien consolida la información Evaluador criterio Jurídico:	Luis Enrique Pérez Falla Profesional Especializado Dirección de Contratación - Compras
---	--

EVALUACIÓN DE PROPUES		INFORMACIÓN DEL PROCESO				
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004-2019				
Proceso No.						
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☒ Los demás					
Objeto a contratar	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, SIMON BOLIVAR					
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1 UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE NIT:	Proponente 2 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. - JOMEDICAL S.A.S. NIT: 800088519-0	Proponente 3 TOP MEDICAL SISTEM S.A. NIT: 860350543-9	Proponente 4 AJOVECO S.A.S NIT: 860010268-1
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		[NA]				
1. HABILITANTES JURÍDICOS	1) a) Rotulación de los sobres de presentación (modelo anexo no. 1 entregado por la subred) b) carta de presentación de la propuesta (modelo anexo no 2 entregado por la subred) c) certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo no 3 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	2. compromiso anticorrupción (modelo anexo no. 4 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	3. certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil (expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	4. Registro único de proponentes (expedición no mayor a noventa (90) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	5. fotocopia del registro único tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	6. fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	7. fotocopia documento de identidad del representante legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	8. certificado antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple
	9. certificado antecedentes - contraloría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple	1. Cumple

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE NIT:	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. - JOMEDICAL S.A.S. NIT: 800088519-0	TOP MEDICAL SISTEM S.A. NIT: 860350543-9	AJOVECO S.A.S NIT:860010268-1
1. HABILITANTES JURIDICOS	10. certificado antecedentes judiciales - policia nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa DT MEDICAL S.A.S. y la empresa M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. cumplen.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	11. certificado antecedentes personería de Bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa DT MEDICAL S.A.S. y la empresa M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. cumplen.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de registro nacional de medidas correctivas - policia nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: : La empresa DT MEDICAL S.A.S. y la empresa M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. cumplen.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	13. certificación bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa DT MEDICAL S.A.S. y la empresa M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. cumplen.	N.A. Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	14. póliza de seriedad de la oferta, su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada por el oferente y su vigencia será de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la oferta, a favor de la subred integrada de servicios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.	2. No Cumple Observación: Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.	2. No Cumple Observación: Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.	2. No Cumple Observación:Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.
	15. Acuerdo Union Temporal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: Se debe corregir el documento de acuerdo, toda vez que hace referencia a la unidad de servicios de Usaquen, para lo cual se hace necesario que se ajuste el documento en lo correspondiente a la unidad de servicios Simon Bolivar.	N.A. Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
OBSERVACIONES:		UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE : 1 NO CUMPLE: 1. Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad. 2. Se debe corregir el documento de acuerdo, toda vez que hace referencia a la unidad de servicios de Usaquen, para lo cual se hace necesario que se ajuste el documento en lo correspondiente a la unidad de servicios Simon Bolivar. JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. - JOMEDICAL S.A.S. 1. Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad. AJOVECO S.A.S.1. Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad. TOP MEDICAL SISTEM S.A. 1. Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.				
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		YULY KATERIN DAVILA MARIN / Profesional Universitario/ Dirección de Contratación 				

EVALUACIÓN DE PROPUESTA		INFORMACIÓN DEL PROCESO				
Proceso No.		CONVOCATORIA PUBLICA No. 006-2019				
Modalidad		(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Colizar B. ☐ Evento Especial C. ☒ Otros mecanismos				
Objeto a contratar		CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE., SIMON BOLIVAR				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 5	Proponente 6	Proponente	Proponente
			GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	N/A	N/A
			NIT: 900757947-3	NIT: 83004892-2	N/A	N/A
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		(NA)				
1. HABILITANTES JURÍDICOS	1) a) Rotulación de los sobres de presentación (modelo anexo no. 1 entregado por la subred) b) carta de presentación de la propuesta (modelo anexo no 2 entregado por la subred) c) certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo no 3 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	2. compromiso anticorrupción (modelo anexo no. 4 entregado por la subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	3. certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil (expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	4. Registro único de proponentes (expedición no mayor a noventa (90) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N.A. Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	5. fotocopia del registro único tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	6. fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	7. fotocopia documento de identidad del representante legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	8. certificado antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	9. certificado antecedentes - contratoría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	10. certificado antecedentes judiciales - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	11. certificado antecedentes - personería de bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	12. Certificado de registro nacional de medidas correctivas - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 5	Proponente 6	Proponente	Proponente
			GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	N/A	N/A
			NIT: 900757947-3	NIT: 83004892-2	N/A	N/A
1. HABILITANTES JURÍDICOS	13. certificación bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	14. póliza de seriedad de la oferta, su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada por el oferente y su vigencia será de treinta (30) días contados a partir de la presentación de la oferta, a favor de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. nit. 900.971.006-4	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	2. No Cumple	N.A.	N.A.
	15. Acuerdo Union Temporal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	N.A.	N.A.	N.A.
OBSERVACIONES			TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. NO CUMPLE: Se debe Ajustar la vigencia de la póliza de seriedad.			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:			YULY KATERIN DAVILA MARIN / Profesional Universitario/ Dirección de Contratación			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSION : 3
		PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	CONVOCATORIA PUBLICA No. 06-2019 S.NTE
--------------------	--

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☐ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☒ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	--	---	---	--


Objeto a contratar	Contratar la compra de equipos biomedicos para el servicio de imágenes diagnosticas de la subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en la USS Simon Boliva
---------------------------	--

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	JOMEDICAL S.A.S	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
			No. NIT: 830053126-8	No. NIT: 800088519-0	No. NIT: 860350543-9
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4,24	1. Cumple Observación: Resultado: 5,56	1. Cumple Observación: Resultado: 5,19
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,21	1. Cumple Observación: Resultado: 0,36	1. Cumple Observación: Resultado: 0,18
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del valor ofertado siempre y cuando supere el 10% del valor ofertado	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	2. No Cumple Observación: Resultado: \$2,584,866,044	1. Cumple Observación: Resultado: 17,086,029,537	1. Cumple Observación: Resultado: 42,044,616,360

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2018 anexas a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD SUBRED NORTE	
---	---------------------------------	---	---

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03
			VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1
			FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	CONVOCATORIA PUBLICA No. 06-2019 S.NTE
--------------------	--

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☐ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☒ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	--	---	---	--


Objeto a contratar	Contratar la compra de equipos biomedicos para el servicio de imágenes diagnosticas de la subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en la USS Simon Boliva
---------------------------	--

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
				Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
				AJOVECO S.A.S	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
				No. NIT: 860010268-1	No. NIT: 900757947-3	No. NIT: 830004892-2
HABILITANTES FINANCIEROS		Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
		Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4,74	1. Cumple Observación: Resultado: 1,66	1. Cumple Observación: Resultado: 3,21
		Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,17	1. Cumple Observación: Resultado: 0,47	1. Cumple Observación: Resultado: 0,22
		Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del valor ofertado siempre y cuando supere el 10% del valor ofertado	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$22.489.813.868	1. Cumple Observación: Resultado: 49.622.648.000	1. Cumple Observación: Resultado: 25.110.563.907

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2018 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD SUBRED NORTE	
---	---------------------------------	---	---

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No.006-2019

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN LA USS SIMÓN BOLÍVAR.

1. VERIFICACION DOCUMENTACION SARLAFT

DOCUMENTACION REQUERIDA	1.UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE NIT.900.532.977-8; REP: JESMY ALEJANDRA MARIÑO REYES CC#52'396.500 BOGOTA						2.JOMEDICAL SAS NIT 800.088.519-0			3. TOP MEDICAL SYSTEMS NIT			4.AJOVECO NIT			5.GE HEALTH CARE COLOMBIA SAS NIT			6.TECNICA ELECTROMEDICA SA NIT 830.004.892- 2		
	DT MEDICAL SAS NIT830.053.126-8			M&D MEDICAL DEVICES SAS NIT 830.056.779-0																	
	REP LEGAL: HUGO MARIÑO CC#19'290.182 OIBA			REP LEGAL: RAFAEL ISIDRO SANCHEZ VERGARA CC#13'032.264 GACHETA			REP LEGAL: NELLY CECILIA VEGA CUELLO CC#51'682.866 BOGOTA			REP LEGAL: LUZ STELLA MARQUEZ ZAMBRANO CC#51'857.101 BOGOTA			REP LEGAL: JUAN MANUEL PALACIOS VERSWYVEL CC#79'159.557 BOGOTA			REP LEGAL: LUIS HAROLD TABORDA ESCOBAR CC#71'719.687 MEDELLIN			REP LEGAL: HERNAN MOLANO RIVERO CC#79'312.554 BOGOTA		
	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO FISICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIO MAGNETICO	CUMPLE	NO CUMPLE
Oferta de Servicios	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Pago de Parafiscales	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Carta de Presentación de compromiso Anticorrupción	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Camara y Comercio	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Fotocopia del RUT	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes fiscales- Procuraduría General de la Nación	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Responsables Fiscales - Contraloría General de la República	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes Disciplinarios- Personería de Bogotá	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Certificado antecedentes Penales- Policia Nacional de Colombia	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Formato Conocimiento del cliente Persona Juridica	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Formato Conocimiento del cliente Persona Natural	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Información financiera	X	X		X		X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Verificación en lista vinculante de la ONU / CLINTON	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

OBSERVACION: LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS FORMATOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/ CONTRAPARTE CUENTAN CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACION DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012

OBSERVACIONES:

*Se llevo a cabo la verificación de los soportes y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes.


INFORME EVALUACION SARLAFT

La propuesta presentada por la Empresa que se relaciona a continuación **NO CUMPLE** con la verificación de documentación requerida en el SARLAFT así:

1.UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE NIT.900.532.977-8: La empresa de esta Unión Temporal: M&D MEDICAL DEVICES SAS NIT 830.056.779-0 ; La información financiera no coincide con los soportes.


Fecha de evaluación: 05/09/2019

Elaboró:



ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SARLAFT

Calle. 66 No.15 - 41
 Tel.: 4431790
 www.subrednorte.gov.co
 Info: Línea 195



	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03		
			VERSION : 3		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 3		
			FECHA : 11/10/2017		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
Proceso No. 006 de 2019					
Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☒ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos					
Objeto a contratar: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EN LA USS SIMON BOLIVAR					
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	-	-
			-	-	-
1. TÉCNICOS (Trasladar a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los pliegos de condiciones de acuerdo al proceso adelantado)	ANEXO 10 TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS (FICHAS TECNICOS, MANUALES DE USUARIO, CATALOGO, ETC) QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. No se evidencian el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones tecnicas solicitadas en el anexo 10 tecnico. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparacion de las propuestas.	-	-
	CERTIFICADO (S) DEL REGISTRO INVIMA DE LOS BIENES OFRECIDOS SEGÚN LOS DECRETOS 4725 DE 2005, 4957 DE 2007	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente presenta registro INVIMA 2016DM-0014716 para los equipos de ultrasonido a color (FOLIOS 227 a 229).	-	-
	CONDICION DE FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marcas VINNO technology (FOLIOS 206 - 211).	-	-
	GARANTIA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS OFERTADOS POR UN MINIMO DE 3 AÑOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente presenta carta de garantia por un periodo no inferior a tres (3) años (FOLIO 216).	-	-
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos (FOLIO 218), certificación de calibración (FOLIO 219) y costos de mantenimiento posterior al tiempo de garantía (FOLIO 220).	-	-
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE GUIAS DE MANEJO RAPIDO, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIOS 190 - 192)	-	-
CARTA DE COMPROMISO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitacion para el total de la garantia (FOLIO 225).	-	-	


CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	-	-
				-	-
	GARANTIA DE STOK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 235).	-	-
	CERTIFICACION DE LA TECNOLOGIA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 233).	-	-
	CERTIFICACION CCAA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos medicos vigente de la empresa DT Medical (FOLIO 237) y certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos medicos vencido de la empresa M&D Medical Devices mas su respectivo certificado de renovacion radicado antes de la fecha de cierre (FOLIO 238-239)	-	-
	EXPERIENCIA: CADA OFERENTE DEBE PRESENTAR MAXIMO CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DURIANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYO MONTO TOTAL SEA IGUAL O SUPERIOR A DOS (2) VECES EL VALOR OFERTADO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 1. ECOGRAFO. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores al presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$1.740.014.924, lo cual no cumple con el valor requerido.		
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Royer Alberto Sutaneme Cortes	Lider de Ingenieria Biomédica			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Ruben Dario Bohorquez Cortazar	Ingeniero Biomedico			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3		
			PAGINA : 1 DE 3		
		FECHA : 11/10/2017			
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
Proceso No. 006 de 2019					
Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☒ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos					
Objeto a contratar CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EN LA USS SIMON BOLIVAR					
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	-	-
TÉCNICOS (Trasada a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	ANEXO 10 TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS (FICHAS TECNICOS, MANUALES DE USUARIO, CATALOGO, ETC) QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL No se evidencian el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 técnico. El proponente omite documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.	-	-
	CERTIFICADO (S) DEL REGISTRO INVIMA DE LOS BIENES OFRECIDOS SEGÚN LOS DECRETOS 4725 DE 2005. 4957 DE 2007	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente presenta registro INVIMA 2016DM-0014716 para los equipos de ultrasonido a color (FOLIOS 227 a 229).	-	-
	CONDICION DE FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marcas VINNO technology (FOLIOS 206 a 211).	-	-
	GARANTIA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS OFERTADOS POR UN MINIMO DE 3 AÑOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente presenta carta de garantia por un periodo no inferior a tres (3) años (FOLIO 216).	-	-
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos (FOLIO 218), certificación de calibración (FOLIO 219) y costos de mantenimiento posterior al tiempo de garantía (FOLIO 220).	-	-
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE GUIAS DE MANEJO RAPIDO, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente anexa guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIOS 190 - 192)	-	-
	CARTA DE COMPROMISO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente anexa carta de compromiso de capacitacion para el total de la garantia (FOLIO 225).	-	-
	GARANTIA DE STOK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 235).	-	-

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	-	-
				-	-
	CERTIFICACION DE LA TECNOLOGIA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL. El proponente anexa carta de certificacion de la tecnologia, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentacion, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 233).	-	-
	CERTIFICACION CCAA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos medicos vigente de la empresa DT Medical (FOLIO 237) y certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos medicos vencido de la empresa M&D Medical Devices mas su respectivo certificado de renovacion radicado antes de la fecha de cierre (FOLIO 238-239)		-
	EXPERIENCIA: CADA OFERENTE DEBE PRESENTAR MAXIMO CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DURIANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYO MONTO TOTAL SEA IGUAL O SUPERIOR A DOS (2) VECES EL VALOR OFERTADO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 2. ECOGRAFO PORTATIL. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores al presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$1.740.014.924, lo cual no cumple con el valor requerido.	-	-
OBSERVACIONES:					
-					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Royer Alberto Sutaneme Cortes	Lider de Ingenieria Biomédica			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Ruben Dario Bohorquez Cortazar	Ingeniero Biomedico			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03 VERSION : 3		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 11/10/2017		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
Proceso No.	006 de 2019				
Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Espec C. ☒ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos				
Objeto a contratar	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIMOEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICASDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EN LA USS SIMON BOLIVAR				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TOP MEDICAL SYSTEMS	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 860.350.543-9	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2
I. TÉCNICOS Tratada o la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso.	ANEXO 10 TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS (FICHAS TENICOS, MANUALES DE USUARIO, CATALOGO, ETC) QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas.	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 tecnico. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.
	CERTIFICADO (S) DEL REGISTRO INVIMA DE LOS BIENES OFRECIDOS SEGÚN LOS DECRETOS 4725 DE 2005, 4957 DE 2007	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente presenta registro INVIMA 2018EBC-0019097 para los equipos de tomografía computarizada (FOLIO 109).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente presenta registro INVIMA 2017EBC-0000590 para los equipos de tomografía (FOLIOS 324 - 329).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente presenta registro INVIMA 2016EBC-0015341 para los equipos de tomografía computarizada Scenaria View (FOLIOS 321 - 322).
	CONDICION DE FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marca Canon Medical Systems Corporation junto con su certificación notarial (FOLIOS 80 - 82).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta como filial del fabricante donde se evidencia su condicion de fabricante para la marca GE Healthcare Colombia (FOLIO 271).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marca HITACHI (FOLIOS 255-256).
	GARANTIA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS OFERTADOS POR UN MINIMO DE 3 AÑOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3 TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de garantía por un periodo no menor a tres (3) años (FOLIOS 114 - 115).	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente presenta carta de garantía condicionada, la cual no cumple con lo solicitado en la convocatoria.	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente presenta carta de garantía por un periodo de tres (3) años para un ecografo, No para el equipo de este ítem.
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos (FOLIO 114) y entrega de cronograma de mantenimiento preventivo (FOLIO 115)	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, entrega de cronograma de mantenimiento preventivo y calibración (FOLIO 283).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta compromiso y entrega de cronogramas de mantenimiento (FOLIO 264-265).
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE GUIAS DE MANEJO RAPIDO, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa guía de manejo rapido (FOLIOS 116 y 117), protocolos de mantenimiento (FOLIOS 122 y 123) y guía de limpieza y desinfección (FOLIOS 119 y 120)	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de entrega de guía de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIO 285).	CUMPLE:ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de entrega las guía de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIOS 267)

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TOP MEDICAL SYSTEMS	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 860.350.543-9	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2
adelantado	CARTA DE COMPROMISO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación (FOLIO 114) y programa de una sesión de capacitación (FOLIO 107)	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación (FOLIO 287) y programa de una sesión de capacitación (FOLIOS 288 - 293).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación para el total de la garantía (FOLIO 316-319).
	GARANTIA DE STOCK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 111).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 345).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 324-326)
	CERTIFICACION DE LA TECNOLOGIA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no presentan alertas sanitarias y son totalmente nuevos (FOLIO 112). No obstante, no se establece que los equipos no están en experimentación.	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no presentan alertas sanitarias y son totalmente nuevos (FOLIO 347).	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde no se establece que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 328).
	CERTIFICACION CCAA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 113).	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 349)	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa certificación de CCAA vigente (FOLIOS 330)
	EXPERIENCIA: CADA OFERENTE DEBE PRESENTAR MAXIMO CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DURANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYO MONTO TOTAL SEA IGUAL O SUPERIOR A DOS (2) VECES EL VALOR OFERTADO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa certificaciones de contratos en la moneda no oficial de Colombia, las cuales impiden la verificación de la experiencia, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 2.883.400.000, lo cual no cumple con el valor requerido.	NO CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa certificaciones de contratos en la moneda no oficial de Colombia, las cuales impiden la verificación de la experiencia, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 5.622.318.407, lo cual no cumple con el valor requerido.	CUMPLE: ITEM 3. TOMOGRAFO. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 7.856.620.340 (FOLIOS 166-234)
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Royer Alberto Sutaneme Cortes	Líder de Ingeniería Biomédica			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Ruben Darío Bohorquez Cortazar	Ingeniero Biomédico			

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CI-F-07-03			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3			
			PAGINA : 1 DE 3			
			FECHA : 11/10/2017			
INFORMACIÓN DEL PROCESO						
Proceso No.: 006 de 2019						
Modalidad: (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☐ Invitación a Colizar B. ☐ Evento Espec C. ☒ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos						
Objeto a contratar: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E EN LA USS SIMON BOLIVAR						
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	AJOVECO S.A.S	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 860.010.268-1	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2	
1 TÉCNICO: (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso seleccionado)	ANEXO 10 TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS (FICHAS TÉCNICAS, MANUALES DE USUARIO, CATALOGO, ETC) QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta anexo 10 debidamente diligenciado para el item 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO así como los documentos de soporte (ficha técnica) que dan cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas (FOLIOS 193-199).	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 técnico. El proponente omite documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. dado que no se pueden evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente omite documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. dado que no se pueden evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente omite documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparación de las propuestas.
	CERTIFICADO (S) DEL REGISTRO INVIMA DE LOS BIENES OFRECIDOS SEGÚN LOS DECRETOS 4725 DE 2005, 4957 DE 2007	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta registro INVIMA 2011EBC-0008234 para los equipos de radiografía digital (FOLIOS 230 a 231).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta registro INVIMA 2018EBC-0017473 para los equipos de radiografía digital (FOLIOS 270 a 291).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta registro INVIMA 2018EBC-0001760 para los equipos de radiografía digital (FOLIOS 330 a 335).	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta registro INVIMA 2011024584 para los equipos de ultrasonido a color (FOLIOS 269).
	CONDICION DE FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condición de distribuidor para la marca SITEC MEDICAL CO y (FOLIOS 212 - 214).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condición de distribuidor para la marca FUJIFILM (FOLIO 263).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta como filial del fabricante donde se evidencia su condición de fabricante para la marca GE Healthcare Colombia (FOLIO 271).	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condición de distribuidor para la marca HITACHI (FOLIOS 255-256).
	GARANTIA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS OFERTADOS POR UN MINIMO DE 3 AÑOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta carta de garantía por un periodo no inferior a tres (3) años (FOLIO 216).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta carta de garantía por un periodo no inferior a tres (3) años (FOLIO 264).	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta carta de garantía condicionada, la cual no cumple con lo solicitado en la convocatoria.	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente presenta carta de garantía por un periodo de tres (3) años. (FOLIO 357-359).
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos (FOLIO 218), certificación de calibración (FOLIO 219) y costos de mantenimiento posterior al tiempo de garantía (FOLIO 220).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos correctivos y entrega de certificación de calibración (FOLIO 266) y costos de entrega de documentación necesario según decreto 4725 de 2005 (FOLIO 267).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, entrega de cronograma de mantenimiento preventivo y calibración (FOLIO 283).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta compromiso y entrega de cronogramas de mantenimiento (FOLIO 362-363).
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE GUIAS DE MANEJO RAPIDO, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa guía de manejo rápido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIOS 200 - 204).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente allega carta de entrega de guía de manejo rápido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIO 268).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de compromiso de entrega de guía de manejo rápido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIO 285).	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de compromiso de entrega las guía de manejo rápido, protocolos de mantenimiento y guía de limpieza y desinfección (FOLIOS 362 - 363).

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4
			UNION TEMPORAL IMAGENOLOGIA SUBRED NORTE	AJOVECO S.A.S	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 860.010.268-1	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2	
	CARTA DE COMPROMISO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación para el total de la garantía (FOLIO 225).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta, no se evidencia la capacitación realizada por el fabricante (FOLIO 269)	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación (FOLIO 287) y programa de una sesión de capacitación (FOLIOS 294 - 304).	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de compromiso de capacitación para el total de la garantía (FOLIO 393-394).
	GARANTIA DE STOK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 235).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 235).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 345).	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 324-326).
	CERTIFICACION DE LA TECNOLOGIA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 233).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 293).	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no presentan alertas sanitarias y son totalmente nuevos (FOLIO 347).	NO CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde no asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 396).
	CERTIFICACION CCAA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente de la empresa D1 Medical (FOLIO 237) y certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vencido de la empresa M&D Medical Devices mas su respectivo certificado de renovación radicado antes de la fecha de cierre (FOLIO 238-239)	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 294)	CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 349)	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa certificación de CCAA vigente (FOLIOS 330)
	EXPERIENCIA: CADA OFERENTE DEBE PRESENTAR MAXIMO CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DURANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYO MONTO TOTAL SEA IGUAL O SUPERIOR A DOS (2) VECES EL VALOR OFERTADO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$1.740.014.924, lo cual no alcanza el valor mínimo de \$1.952.059.800 (FOLIOS 249 - 291)	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$1.058.698.405, lo cual no cumple el mínimo de \$3.836.596.138 requerido (FOLIOS 135-144)	NO CUMPLE: ITEM 4. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa certificaciones de contratos en la moneda no oficial de Colombia, las cuales impiden la verificación de la experiencia, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 5.622.318.407, lo cual no cumple con el valor requerido.	CUMPLE: ITEM 4 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) FIJO. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 7.856.620.340 (FOLIOS 166-234)
OBSERVACIONES:						
EVALUADORES						
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Royer Alberto Sutaneme Cortes		Lider de Ingeniería Biomédica			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Ruben Dario Bohorquez Cortazar		Ingeniero Biomédico			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3			
		PAGINA : 1 DE 3		FECHA : 11/10/2017		
INFORMACIÓN DEL PROCESO						
Proceso No. 006 de 2019						
Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)		A. ☐ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Espec C. ☒ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos				
Objeto a contratar	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICASDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN LA USS SIMON BOLIVAR					
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4
			JOMEDICAL	AJOVECO S.A.S	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 800.885.519-0	NIT 860.010.268-1	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2
1. TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adjudicatado)	ANEXO 10 TECNICO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS (FICHAS TECNICOS, MANUALES DE USUARIO, CATALOGO, ETC) QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta anexo 10 debidamente diligenciado para el item 5 RAYOS X, así como los documentos de soporte (ficha tecnica y catalogo) que dan cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas (FOLIOS - 225-241).	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 tecnico. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparacion de las propuestas.	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL dNo se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 tecnico. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparacion de las propuestas.	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL No se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 10 tecnico. El proponente omiten documentos esenciales en la presente convocatoria necesarios para la comparacion de las propuestas.
	CERTIFICADO (S) DEL REGISTRO INVIMA DE LOS BIENES OFRECIDOS SEGÚN LOS DECRETOS 4725 DE 2005, 4957 DE 2007	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta registro INVIMA 2011EBC-0007552 para los equipos de ultrasonido a color (FOLIOS 269).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta registro INVIMA 2013EBC-0009924 para los equipos de radiografía digital (FOLIOS 357 - 366).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta registro INVIMA 2019EBC-0002158 para los equipos de radiografía digital (FOLIOS 339 - 342).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta registro INVIMA 2019EBC-0020047 para los equipos de rayos X (FOLIOS 269).
	CONDICION DE FABRICANTE, IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marca Intermedical modelo compact (FOLIOS 255 - 257).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marca SITEMC MEDICAL CO y (FOLIOS 350).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta como filial del fabricante donde se evidencia su condicion de fabricante para la marca GE Healthcare Colombia (FOLIO 271).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta del fabricante donde se evidencia su condicion de distribuidor para la marca Intermedical modelo compact (FOLIOS 433 - 434).
	GARANTIA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS OFERTADOS POR UN MINIMO DE 3 AÑOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta carta de garantia por un periodo de tres (3) años, (FOLIO 259).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta carta de garantia por un periodo no inferior a tres (3) años (FOLIO 351).	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta carta de garantia condicionada, la cual no cumple con lo solicitado en la convocatoria.	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente presenta carta de garantia por un periodo de tres (3) años (FOLIO 435 - 439).
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta compromiso y entrega de cronogramas de mantenimiento preventivo(FOLIO 263), adicionalmente adjuntan carta de compromiso de mantenimiento correctivo (FOLIO 262)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos correctivos y entrega de certificación de calibracion (FOLIO 353) y costos de entrega de documentacion necesario segun decreto 4725 de 2005 (FOLIO 354).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta compromiso a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, entrega de cronograma de mantenimiento preventivo y calibracion(FOLIO 282)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta compromiso y entrega de cronogramas de mantenimiento (FOLIO 441 - 442).
	CARTA DE COMPROMISO Y ENTREGA DE GUIAS DE MANEJO RAPIDO, PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de entrega las guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIOS 265)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente allega carta de entrega de guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIO 355)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de entrega de guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIO 285.)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de entrega las guia de manejo rapido, protocolos de mantenimiento y guia de limpieza y desinfeccion (FOLIOS 444).
	CARTA DE COMPROMISO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de capacitacion para el total de la garantia (FOLIO 267).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. el proponente anexa carta, no se evidencia la capacitacion realizada por el fabricante (FOLIO 356)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de capacitacion (FOLIO 287) y programa de una sesion de capacitacion (FOLIOS 305 - 308)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de compromiso de capacitacion para el total de la garantia (FOLIOS 463 - 465).

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4
			JOMEDICAL	AJOVECO S.A.S	GENERAL ELECTRIC	TECNICA ELECTROMEDICA
			NIT 800.885.519-0	NIT 860.010.268-1	NIT 900.757.947-3	NIT 830.004.892-2
	GARANTIA DE STOK DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 274)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 367).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIO 345).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de garantía de stock de repuestos y accesorios originales para un periodo no inferior a cinco (5) años (FOLIOS 472 - 473)
	CERTIFICACION DE LA TECNOLOGIA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 276).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 368).	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde asegura que los equipos no presentan alertas sanitarias y son totalmente nuevos (FOLIO 347).	NO CUMPLE: ITEM 5 EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa carta de certificación de la tecnología, donde no asegura que los equipos no se encuentran en experimentación, ni repotenciados y no presentan alertas sanitarias (FOLIO 475).
	CERTIFICACION CCAA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa Radicación de CCAA del día 13/05/2019 (FOLIOS 278)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 369)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa el certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos vigente (FOLIO 349)	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa certificación de CCAA vigente (FOLIOS 398)
	EXPERIENCIA: CADA OFERENTE DEBE PRESENTAR MAXIMO CINCO (5) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL OBJETO IGUAL O SIMILAR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DURIANTE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYO MONTO TOTAL SEA IGUAL O SUPERIOR A DOS (2) VECES EL VALOR OFERTADO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$2.256.527.242 (FOLIOS 284-368)	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$620.674.326, lo cual no cumple con el valor requerido. (FOLIOS 300-309)	NO CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa certificaciones de contratos en la moneda no oficial de Colombia, las cuales impiden la verificación de la experiencia, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 5.622.318.407, lo cual no cumple con el valor requerido.	CUMPLE: ITEM 5. EQUIPO DE RADIOLOGIA (DIGITAL DIRECTO) PORTATIL. El proponente anexa certificaciones de contratos celebrados en los cinco (5) años anteriores la presente proceso, las certificaciones o contratos que cumplen con los requerimientos necesarios suman un valor de \$ 7.856.620.340 (FOLIOS 166-234)
OBSERVACIONES:						
EVALUADORES						
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Royer Alberto Sufaneme Cortes	Lider de Ingeniería Biomédica				
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	Ruben Darío Bohorquez Cortazar	Ingeniero Biomédico				