		INVITACIÓN A COTIZAR			CÓDIGO: AP-CT-F-57-01	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			VERSIÓN: 1	
					PÁGINA: 1 DE 3	
					FECHA : 22/05/2020	
INVITACIÓN A COTIZAR No. <u>024-2021 S.NTE.</u>						
OBJETO A CONTRATAR		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.				
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO						
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	OBSERVACIONES
GRUPO 1 : AYUDAS PARA LA MOVILIDAD						
	COCHE NEUROLOGICO	* DAP FABRICADO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE. * LA PRESCRIPCIÓN SE DEBE REALIZAR PARA USUARIOS DE ESTATURA MÁXIMA DE 1.20 METROS RESISTENTE AL PESO HASTA 150 KG. * FABRICADO EN ALUMINIO, RESISTENTE AL AGUA, ANTICORROSIVO ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE PARA SU CÓMODA TRANSPORTACIÓN. * RUEDAS TRASERAS DE 10” 12” O 14” INFLABLES EN POLIURETANO ANTI PINCHADURAS, RIN EN ALUMINIO, MANZANAS DE ACERO CON RODAMIENTOS. * RUEDAS DELANTERAS DE 6”U 8”, ANTI PINCHADURAS, CON TENEDOR EN ALUMINIO Y RODAMIENTO DE USO PARA TODO TERRENO. * AMORTIGUACIÓN TRASERA REGULABLE EN FORMA CONTINUA. * SISTEMA DE FRENOS PARA CUIDADOR MEDIANTE MANILAR DE FÁCIL OPERACIÓN ALTA EFICIENCIA. * ESPALDAR RECLINABLE HASTA 160° SISTEMA HIDRÁULICO DE MÚLTIPLES POSICIONES. * APOYAPIÉS ELEVABLES DESDE 0 A 90 GRADOS GRADUABLES EN ALTURA. PLATAFORMA ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA CON TORNILLOS, PASANTES DE SEGURIDAD EN TELA CUBRIENDO LOS MISMOS TORNILLOS. * COJINERÍA ERGONÓMICA DE POSICIONAMIENTO EN ESPUMA INYECTADA FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO CON TOPES LATERALES EN CADERA, (DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y RETOMA DE MEDIDAS CON PROVEEDOR). * EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PUEDE INCLUIR: TOPES LATERALES DE TRONCO, DE CADERA, ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO, SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO). * EL SISTEMA DE SUJECCIÓN PUEDE INCLUIR: CALZÓN ANTI ESCURRIDO, PECHERA, ARNÉS TORÁCICO AJUSTABLE DE FÁCIL POSTURA, CINTURÓN PÉLVICO SENCILLO Y/O CINTURÓN PÉLVICO 4 PUNTOS, (TODOS ESTOS ELEMENTOS DEBEN SER ACOLCHADOS). HEBILLAS DE SEGURIDAD DE AJUSTE BILATERAL AJUSTADO AL MARCO POR MEDIO DE GUÍAS, NO FIJO CON TORNILLO, CORREAS EN MUSLOS BANDAS POSTERIOR EN GEMELOS, CORREA GALAPIES BANDA CEFÁLICA ENTRE OTROS. * SISTEMA DE GRADUACIÓN PARA EL CRECIMIENTO (REGULACIÓN PROGRESIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, ANCHO, ALTURA DEL ESPALDAR Y LONGITUD DE LA PIERNA). * APOYA CABEZA TIPO MARIPOSA. * FRENOS DE ACERO CROMADOS EN LAS RUEDAS TRASERAS. * CAPOTA PLEGABLE PARA PROTECCIÓN DEL SOL Y LA LLUVIA. * MALETERO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL COCHE. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR. * PROTECTOR PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTRA LA INTEMPERIE REMOVIBLE MEDIANTE CREMALLERA, FÁCIL DE PLEGAR Y GUARDAR. * LOS MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * ADAPTACIÓN COMO SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO SEGÚN NECESIDAD U OTRAS. * DEBE LLEVAR LOGOS DEL FDL Y LA SUBRED EN ESPALDAR Y PLACA. (ARTE APROBADA POR LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL).	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
		* DEBEN SER FABRICADA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DEL CONVENIO Y RETOMA DE MEDIDAS CON EL PROVEEDOR DE ACUERDO A NECESIDAD. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG Y SE DEBE REFORZAR EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA U HORNEABLE TUBO DE ALUMINIO DE UN ¾” CALIBRE 3.17 MM Y/O CALIBRE 2.14MM. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE DE FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. * RUEDAS TRASERAS DE 22” 24” O 26” INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURAS CON ARO PROPULSOR EN ACERO NIQUELADO Y/O COBERTURA EN CAUCHO, MANZANAS EN ALUMINIO, CON COBERTURA DE TAPA EN HONGO DE FÁCIL OPERACIÓN Y DE DESMONTE RÁPIDO.				

2	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO	* RUEDAS DELANTERAS 4" 6" Y 8" PULGADAS CON TENEDORES DE ACERO CROMADOS Y AJUSTABLES PARA ESTE TIPO DE LLANTAS Y BALINERAS. * FRENOS EN ALUMINIO, TIPO PALANCA O TIJERA DE FÁCIL MANIPULACIÓN CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO, CON EXTENSIÓN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA PRESCRIPCIÓN. * APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICAS, TALONERAS INDEPENDIENTES EN CADA PIE Y/O DE PLATAFORMA ÚNICA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO, REGULABLES EN ALTURA, DEBEN SER ELEVABLES Y ABATIBLES, PERNERA ANCHA Y ACOLCHADA DE 10 CM. * APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, ACOLCHADOS, REMOVIBLES Y/O ABATIBLES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA. * ESPALDAR TIPO HACAMA Y/O SISTEMA DE TENSIÓN REGULABLE EN ESPALDAR Y ASIENTO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER GRADUABLE DE REQUERIRSE Y SE DEBE PODER AJUSTARSE A LA MEDIDA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
		* CINTURÓN PÉLVICO A 45 O 90 GRADOS ACOLCHADO (NO REATA) CON HEBILLA DE SEGURIDAD Y/O CINTURÓN DE CUATRO PUNTAS Y ARNÉS TORÁCICO DE SUJECCIÓN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y EL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL DE PRODUCTO, CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN RUEDAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS SE PUEDEN INCLUIR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, - FRENO TIPO CUIDADOR, - RUEDAS ANTIVUELCO, - ESPALDAR RECLINABLE, - ATRIL PARA LÍQUIDOS, - GANCHO PARA Sonda, - EXTENSIÓN DEL ESPALDAR PARA APOYO CEFÁLICO, - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN, - TOPO ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO), - ARO PROPULSOR CON TOPES, ENTRE OTROS.				
3	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y RETOMA REALIZADA POR EL FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDA EL MISMO. * MARCO PLEGABLE EN TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ¾" PULGADAS CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * RUEDAS TRASERAS DE 22, 24, Y/O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURA, CORAZAS IMPORTADAS 24X1, 25 X 1, MANZANAS DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS, DE DESMONTÉ RÁPIDO Y TAPA TIPO HONGO DE FÁCIL MANEJO, CAMBER DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4" 5" 6" U 8", TENEDORES DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS. * TENEDORES DE ALUMINIO, SISTEMA DE AJUSTE Y GRADUACIÓN DE LA VERTICAL. * CINTURÓN PÉLVICO DE 45 A 90° Y/O DE CUATRO PUNTOS, ACOLCHADO (NO REATA) DEBE LLEVAR DOBLE REFUERZO. * GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. * TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE. PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
		* FABRICADA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y RETOMA REALIZADA POR EL FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO FIJO EN TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ¾" PULGADAS CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * ESPALDAR ABATIBLE DE FÁCIL MANEJO * RUEDAS TRASERAS DE 22, 24, Y/O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURA, CORAZAS IMPORTADAS 24X1, 25 X 1, MANZANAS DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS, DE DESMONTÉ RÁPIDO Y TAPA TIPO HONGO DE FÁCIL MANEJO, CAMBER DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4" 5" 6" U 8", TENEDORES DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS.				

4	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	CINTURÓN PÉLVICO DE 45 A 90° Y/O DE CUATRO PUNTOS, ACOLCHADO (NO REATA) DEBE LLEVAR DOBLE REFUERZO. * GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE, PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN TUBERÍA CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - AJUSTE AL ESPALDAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. - AGARRADERAS PARA CUIDADOR COMPATIBLE CON BASCULACIÓN EN LAS AGARRADERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
5	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	* FABRICADA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y RETOMA REALIZADA POR EL FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO FIJO EN TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ¾" PULGADAS CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA. * RUEDAS TRASERAS DE 22, 24, Y/O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURA, CORAZAS IMPORTADAS 24X1, 25 X 1, MANZANAS DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS, DE DESMONTÉ RÁPIDO Y TAPA TIPO HONGO DE FÁCIL MANEJO, CAMBER DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * ESPALDAR ABATIBLE DE FÁCIL MANEJO. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4" 5" 6" U 8", TENEDORES DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS. * CINTURÓN PÉLVICO DE 45 A 90° Y/O DE CUATRO PUNTOS, ACOLCHADO (NO REATA) DEBE LLEVAR DOBLE REFUERZO. * GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE, PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN TUBERÍA CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - AJUSTE AL ESPALDAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN - AGARRADERAS PARA CUIDADOR COMPATIBLE CON BASCULACIÓN EN LAS AGARRADERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
6	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y LA RETOMA REALIZADA CON EL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO MONOBLOQUE Y/O PLEGABLE EN ALUMINIO CON TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ALUMINIO DE ¾" CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * SISTEMA DE ASIENTO BASCULANTE EN CUALQUIER ANGULACIÓN DE 0 A 40 GRADOS. * ESPALDAR RECLINABLE HASTA 160 GRADOS. * RUEDAS TRASERAS DE 12, 16 Y 20", INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURAS, MANZANAS DE ALUMINIO. EJES DE DESMONTÉ RÁPIDO CON TAPA HONGO DE FÁCIL OPERACIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 6" U 8" CON TENEDORES DE ALUMINIO Y BALINERAS. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * APOYO CEFÁLICO FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO Y/O TIPO MARIPOSA DE ACUERDO EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * COJINERÍA ERGONÓMICA DE POSICIONAMIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN ASIENTO, ESPALDA Y APOYA CABEZAS, FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO. * APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICA, ABATIBLE, ELEVABLES Y GRADUABLE EN ALTURA. * APOYABRAZOS REMOVIBLE CON BASE ACOLCHADA. * FRENOS EN ALUMINIO, CON MANILAR LARGO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO. * LLANTAS ANTIVUELCO REMOVIBLES PESO APROXIMADO 18 - 22 KG. * LOS MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR, CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y ESE FULL COLOR, PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO

		* DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO: ARNÉS TORÁCICO AJUSTABLE DE FÁCIL POSTURA, CINTURÓN PÉLVICO SENCILLO Y/O CINTURÓN PÉLVICO CUATRO PUNTOS, CALZÓN ANTI ESCURRIDO (TODOS ESTOS ELEMENTOS DEBE SER ACOLCHADOS CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE AJUSTE BILATERAL AJUSTADO AL MARCO POR MEDIO DE GUÍAS NO FIJO CON TORNILLO), ABDUCTOR DE CADERA DESMONTABLE, CORREAS EN MUÑOS, BANDA POSTERIORES GEMELOS, CORREAS CALA PIES, BANDA CEFÁLICA CON SOPORTES LATERALES QUE TENGAN COBERTURA EN ESPUMA DE MEMORIA, SOPORTES LATERALES DE TRONCO ACOLCHADOS GRADUABLES EN ALTURA (EL CANAL DE GRADUACIÓN DEBE SER MÍNIMO DE 20 CM PARA PERMITIR AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO) AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y DEBEN SER ABATIBLES Y DE FÁCIL OPERACIÓN LA MEDIDA DEL LARGO Y ANCHO DEBERÁ SER ACORDE A LA PRESCRITA POR LOS PROFESIONALES. - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN. - SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO. - SISTEMA DE FRENOS PARA CUIDADOR MEDIANTE MANILAR DE FÁCIL OPERACIÓN.				
7	SILLA C29 RUEDAS NEUROLÓGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DEL CONVENIO. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO TUBO DE ALUMINIO DE ½" CALIBRE 3.17 MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE DE FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. * RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS DE 16 O 18 PULGADAS SEGÚN LA NECESIDAD DEL USUARIO CON EJE DESMONTABLE RÁPIDO CON TAPA LONGO DE FÁCIL OPERACIÓN, MANZANAS ALUMINIO. * RUEDAS DELANTERAS DE 8" CON TENEDORES DE ACERO CROMADOS Y BALINERAS. * TAPIZADO EN LONA O CORDOBÁN REFORZADO, TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICA, ABATIBLE, GRADUACIÓN DE ALTURA, ELEVABLES, TALONERAS INDEPENDIENTES EN CADA PIE. APOYABRAZOS REMOVIBLES CON BASE ACOLCHONADA CON PIN SEGURO. * CINTURÓN PÉLVICO ACOLCHADO CON HEBILLA DE SEGURIDAD Y/O CINTURÓN PÉLVICO DE CUATRO PUNTOS. * BOLSILLO EN ESPALDAR, CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y EL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL DEL PRODUCTO, CINTAS REFLECTIVAS EN ESPALDAR. * FRENOS ALUMINIO MANILAR LARGO DE FÁCIL MANIPULACIÓN CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS SE PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO. - RUEDAS TRASERAS 24" ANTI PINCHADURA EN POLIURETANO, RUEDAS 8X2" INFLABLES PARA GRAN CAPACIDAD DE PESO PARA ALIVIAR LA PRESIÓN DEL TERRENO RUEDA 8X2". - ARNÉS TORÁCICO DE SUJECCIÓN. - FRENO DE CUIDADOR DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN. - RUEDAS ANTIVUELCO - ESPALDAR RECLINABLE - ATRIL PARA LÍQUIDOS - GANCHO PARA Sonda - EXTENSIÓN DEL ESPALDAR PARA APOYO CEFÁLICO, - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN, - TOPO ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO).	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2 AÑOS GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, FUNCIONALIDAD Y ADAPTACIÓN AL USUARIO
8	SILLA C29 RUEDAS NEUROLÓGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN DEL ESPECIALISTA Y CON LOS ACCESORIOS DE ACUERDO A LA MISMA. * CAPACIDAD DE PESO DE 90 A 110 KG. * TAPICERÍA EN NYLON Y/O LONA HURACÁN * REPOSAPIÉS CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA. * DOS MOTORES DE POTENCIA 200 W * BATERÍA DE LITIO DE 28 VOLTIOS. * VELOCIDAD ENTE 1 A 6 KM/H. * MARCO PLEGABLE * RUEDAS TRASERAS MACIZAS, DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN * FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS * APOYA BRAZOS ABATIBLES * RUEDAS ANTIVUELCO * RANGO DE PENDIENTE MÁXIMA DE 12° * RANGO DE GIRO 4 CM	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 5 AÑOS
9	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	* FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD LIVIANO O ACERO INOXIDABLE. * ASIENTO DE PLÁSTICO CÓNCAVO ANTIDESLIZANTE (BLANCO) CON AGARRADERAS TIPO ASAS INCORPORADAS CON ORIFICIOS DE DESAGÜE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 110 KG. * REGATONES DE SUCCIÓN. * PATAS GRADUABLES EN ALTURA DE 14" A 20" POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO

10	ASIENTO DE DUCHA CON ESPALDAR REGULABLE EN ALTURA	* FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD LIVIANO O ACERO INOXIDABLE RESPALDO Y ASIENTO CÓNCAVO EN PLÁSTICO, ANTIDESLIZANTE (BLANCO) CON AGARRADERAS TIPO ASAS INCORPORADAS CON ORIFICIOS DE DESAGÜE FABRICADOS EN POLIURETANO DE ALTA DESANIDAD. * SISTEMA DE APOYO CON REGATONES QUE BLOQUEAN EL DESLIZAMIENTO. * RESISTENTE AL PESO HASTA 130 KG. * REGATONES DE SUCCIÓN. * PATAS GRADUABLES EN ALTURA DE 14" A 20" POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
11	ASIENTO PLEGABLE SANITARIO	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE. * VASO, TAPA EN TERMOFORMADOS, EXTRAÍBLES. * DESCANSABRAZOS FIJOS. * FRENO INDEPENDIENTES CON BLOQUEOS EN RUEDAS POSTERIORES. * PATAS REGULABLES EN ALTURA MÍNIMO EN TRES GRADUACIONES POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
12	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ANCLAJE A MURO DE MAMPOSTERÍA, ABATIBLE COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE Y PATA A LA PARED. * ASIENTO CÓNCAVO EN PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE CON ORIFICIOS DE MINA EN EL CENTRO DEL ASIENTO PARA EL DRENAJE CORRECTO DEL AGUA.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
13	SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA	* MARCO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. * ALTURA AJUSTABLE. * VASO, TAPA EN TERMOFORMADOS, EXTRAÍBLES * CAPACIDAD DE SOPORTE HASTA 220 KG IMPORTADO. * REGATONES DE SUCCIÓN	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
	SILLA SANITARIA BASCULABLE junior pediátrica o adulto	* FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE. * RESISTENCIA AL PESO HASTA 130 KG. * SISTEMA DE BASCULAMIENTO ENTRE 90° A 160° * ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA U HORNEADA * DESCANSA PIES GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES * DESCANSABRAZOS (ABATIBLES CON PIN DE SEGURIDAD) DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * RUEDAS DE 3 PULGADAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL CON FRENO. * ARNÉS DE SUJECCIÓN * ASIENTO Y ESPALDAR ESTRUCTURA COMPLETA FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE * APOYACABEZAS REMOVIBLES GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
		* APOYA PIES UNIFICADO Y PLEGABLES A LA SILLA. EN CASO DE USUARIOS QUE NO REQUIERAN APOYAPIÉS SE SOLICITARÁ MALLA PROTECTORA EN PANTORRILLA. * BARRA METÁLICA CON RESPALDO INFERIOR EN EL CUAL EL CUIDADOR PUEDE APOYAR EL PIE PARA BASCULAR LA SILLA CON FACILIDAD. * GRADUACIÓN EN ALTURA. DE ACUERDO ALA PRESCRIPCIÓN SE DEBE GARANTIZAR EN TAMAÑOS PEDIÁTRICO, JUNIOR Y ADULTO.				
15	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	* ESTRUCTURA EN TUBO PLÁSTICA Y RESISTENTE Y LIVIANA CON REVESTIMIENTO VINÍLICO ANTIFLUIDO. * ARNÉS O CINTURONES DE SEGURIDAD LAVABLES LIVIANAS. * APOYA CABEZAS QUE PERMITA EL CONTROL CEFÁLICO * GRADUACIÓN DE 0 GRADOS A 90 GRADOS EN ESPALDA Y APOYA PIES. * SISTEMAS DE CORREAS EN PECTORAL Y PIERNAS. * ALMOHADILLAS EN CABECERA. * PATAS REGULABLES EN ALTURA CON REGATONES. * TAMAÑO PEDIÁTRICO, JUNIOR Y ADULTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTO.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * MARCO PLEGABLE * RESISTENCIA AL PESO HASTA DE 80 KG * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE. * APOYABRAZOS ABATIBLES. * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO O SEPARADOS ABATIBLES SEGÚN SE REQUIERA * RUEDAS DE 3 Ó 4 PULGADAS SEGÚN REQUERIMIENTO EN MATERIAL ANTIMATERIAL CON FRENO EN CADA UNA * ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA ALTA CALIDAD EN PINTURA TORNILLOS SOLDADURA Y ACABADOS * GRADUACIÓN EN ALTURA * CINTURÓN PÉLVICO DE SUJECCIÓN A 45° * MEDIDAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE (BAÑO)	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
17	SILLA SANITARIA FIJA CON O SIN RUEDAS	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * MARCO FIJO * RESISTENCIA AL PESO HASTA DE 150 KG * ESPALDAR Y ASIENTOS PLÁSTICOS RESISTENTE AL AGUA, * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE * APOYABRAZOS EN ACERO INOXIDABLE, FIJOS O REMOVIBLE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO, ABATIBLE CON CUBIERTA PLÁSTICAS. * REGATONES Y/O RUEDAS ANTIBACTERIALES CON FRENO EN CADA UNA DE ELLAS. * GRADUACIÓN EN ALTURA. * ANCHO SE DEBE VERIFICAR DE ACUERDO A PRESCRIPCIÓN Y NECESIDADES DEL MEDIO AMBIENTE (BAÑO, HABITACIÓN).	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO

18	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 20 A 24" ARO IMPULSOR	* FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 10/20 CALIBRE 18" * MARCO FIJO Y SOPORTES PLÁSTICOS. * VASENILLA TIPO PATO * APOYABRAZOS REMOVIBLES Y/O ABATIBLES Y ELEVABLES CON PIN DE SEGURIDAD * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO O SEPARADOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * RUEDAS DELANTERAS DE 5 PULGADAS * RUEDAS TRASERAS MACIZAS EN POLIURETANO DE 24 PULGADAS SEGÚN REQUERIMIENTO EN MATERIAL ANTIBACTERIAL CON FRENOS. * ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA * REFORZADA EN EL CASO DE USUARIOS CON SOBRE PESO Y/O ADAPTACIÓN BARIÁTRICA SOBRE MEDIDAS DEL USUARIO * CINTURÓN DE SEGURIDAD QUE TENGA HEBILLA DE SEGURIDAD PÉLVICO Y/O ARNÉS. * ALTA CALIDAD EN PINTURA TORNILLOS SOLDADURAS Y ACABADOS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
19	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTÉN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL		A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
GRUPO 2 : AYUDAS DE PROTECCIÓN EN CASA SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD						
20	COJIN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN	* CELDAS DE AIRE DE 5CMS, 7.5CMS, 10CMS Y 13CMS * TECNOLOGÍA DE BLOQUEO DE LA TRANSFERENCIA DE AIRE ENTRE CADA CELDA DEL COJÍN, PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y/O LA ESTABILIDAD * LAS CELDAS DE AIRE INDIVIDUALES DEJAN ESPACIO PARA QUE EL AIRE CIRCULE ENTRE ELLAS, OBTENIENDO DE ESTE MODO UNA ADECUADA VENTILACIÓN * DEBE INCLUIR: FUNDA, BOMBA DE INFLADO, KIT DE REPARACIÓN Y MANUAL DE INSTRUCCIONES * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
21	COJIN ANTIESCARAS EN GEL	* ELABORADO EN COMBINACIÓN DE DOS (2) TIPOS DE GEL: (GEL FLUIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE MENOR DENSIDAD QUE FAVOREZCA LA DISTRIBUCIÓN EN ZONAS DE PRESIÓN COMO ISQUIÓN Y SACRO Y GEL FLUIDO DE MAYOR DENSIDAD QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y MÁXIMO CONFORT, ESTOS ATRIBUIDOS EN LA CAPA SUPERIOR) Y ESPUMA DE MEMORIA DE ALTA DENSIDAD EN LA CAPA INFERIOR MOLDEADA PARA PROPORCIONAR UNA POSICIÓN ADECUADA DE LAS PIERNAS. * DOBLE FORRO EN LYCRA ANTIFLUÍDO LAVABLE CON CORREAS Y/O VELCROS PARA FIJAR A SILLA DE RUEDAS. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
22	COJIN ANTIESCARAS EN DOBLE ESPUMA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD	* ELABORADO EN ESPUMA INYECTADA DE 40 Y 60 % DE DENSIDAD: * PERFIL ANATÓMICO Y ERGONÓMICO CON PROPIEDADES DE MEMORIA EN PUNTOS DE MAYOR PRESIÓN ISQUIOTIBIALES. * FORRO ANTI FLUIDO TRANSPIRABLE CON SISTEMA DE SUJECCIÓN POR MEDIO DE VELCROS A LA MEDIDA REQUERIDA POR EL USUARIO * ALTURA DE 5 CM. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
23	KIT POSICIONAMIENTO	* COJINES PARA POSICIONAMIENTO (TRIÁNGULO Y DOS CILINDROS) * ELABORADO EN ESPUMA DE MEMORIA. * DENSIDAD DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
24	COJIN DE POSICIONAMIENTO	* COJÍN DE POSICIONAMIENTO CON 45° DE INCLINACIÓN, * ELABORADO EN ESPUMA DE MEMORIA * DENSIDAD DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
25	COJIN DE COXIS	* ELABORADO EN POLIURETANO Y/O SIMILARES * FORMA ANATÓMICA. * ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA NO COLAPSABLE (ANTIDEFORMABLE) * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO

26	COLCHON SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	* BASE FABRICADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 30 (NARANJA) ESPESOR 10 CM. * DOS CAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN ESPUMA TROQUELADA O EN FORMA DE CUBETA DE HUEVO DE 5 CM DE ESPESOR. * ALTURA TOTAL DEL COLCHON DE 20 CM. * FORRO EN MATERIAL ANTIFLUIDO POLIGUARD DE ALTA RESISTENCIA * TERMINADOS DE ALTA CALIDAD CON RIBETE EN COSTURAS REFORZADA * AGARRADERAS DE SUJECIÓN. * ADICIONAL DEBE INCLUIR (1) PROTECTOR DE COLCHÓN EN POLIURETANO Y ALGODÓN DE ALTA CALIDAD DESENFUNDABLE, TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE Y LAVABLE.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
27	MESA DE TRABAJO CON ESCOTADURA	* ELABORADA EN ACRILICO DE 10MM. * SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE ESTRUCTURA METALICA CON SEGURO DE PIN. * REGULACIÓN DE INCLINACIÓN DE 0 A 45° PARA DIVERSOS TRABAJOS MANUALES. * FABRICADAS SOBRE MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
28	MESA DE TRABAJO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS	* ELABORADA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 10MM PARA AJUSTAR A SILLA DE RUEDAS O COCHE. * ESCUALIZABLE Y ABATIBLE * SISTEMA DE FIJACION A LA SILLA MEDIANTE ESTRUCTURA METALICA CON SEGURO DE PIN. * OPCION DE INCLINAR LA MESA EN VARIAS POSICIONES PARA DIVERSOS TRABAJOS MANUALES.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
29	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	* DISCO GIRATORIO PARA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS USUARIOS. * FABRICADO CON MATERIALES FLEXIBLES LIVIANOS QUE GIRE MUY FACILMENTE Y PUEDA DOBLARSE PARA GUARDARLO O TRANSPORTARLO. * DIAMETRO DE 40CM APROX.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
30	TABLA DE TRANSFERENCIA	* TABLA DE FORMA CURVADA SEMI-FLEXIBLE O RÍGIDA. * ELABORADA EN PLÁSTICO RESISTENTE. * SUPERFICIE DESLIZANTE QUE PERMITA Y FACILITE LAS TRANSFERENCIAS DEL USUARIO YA SEA DE MANERA ASISTIDA O AUTONOMA. * PESO MAXIMO DE CARGA 140 KG. * MATERIALES DE ALTA CALIDAD.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
31	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	* SISTEMA DE POLEAS ADAPTADAS AL TECHO PARA QUE EL USUARIO ADOpte LA POSICION SEDENTE DESDE LA POSICION SUPINA DE MANERA INDEPENDIENTE MEDIANTE UN MOVIMIENTO ESTABLE Y SEGURO GARANTIZANDO LA COMODIDAD. * DE FACIL INSTALACION Y FACIL MANEJO. * DEBE INCLUIR INSTALACION EN EL DOMICILIO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 2 AÑOS
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	* SISTEMA DE RIEL SUPERIOR DE HASTA 3 METROS DE LONGITUD * DEBE PERMITIR EL TRASLADO DE PACIENTES EN CAMA A UNA SILLA DE RUEDAS O VICEVERSA MEDIANTE UN MOVIMIENTO ESTABLE Y SEGURO GARANTIZANDO LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA. * INCLUYE UN RIEL PARA PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA PERSONA HASTA LA SILLA DE RUEDAS. * CARGA MÁXIMA DE HASTA 200 KG. * ACCIONAMIENTO MANUAL. * DEBE INCLUIR INSTALACIÓN EN EL DOMICILIO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 2 AÑO
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	* SALVAESCALERAS TIPO ORUGA. * RÁPIDO Y FÁCIL DE ARMAR PARA SU USO INMEDIATO. * RESISTENCIA CARGA DE HASTA 300 LIBRAS (150 KGS). * UN MOTOR QUE CONTROLA LA VELOCIDAD DE ASCENSO Y DESCENSO. * FRENO ELECTROMAGNÉTICO QUE SOSTENGA LA UNIDAD EN LAS ESCALERAS. * LLANTAS AUXILIARES QUE PERMITEN EL TRASLADO RÁPIDO Y FÁCIL A TRAVÉS DE ÁREAS DE DESEMBARQUE. * ASIENTO QUE PERMITA DE MANERA FÁCIL UNA TRANSFERENCIA DESDE UNA SILLA DE RUEDAS. * AMPLIAS CORREAS DE RETENCIÓN AJUSTABLES PARA EL PASAJERO. * ABRAZADERAS RESISTENTES Y REFORZADAS CON ACERO PARA UN BUEN AGARRE Y TORNILLO QUE FACILITE EL AJUSTE A LA SILLAS DE RUEDAS. * ABRAZADERAS PLEGABLES QUE PERMITAN EL AJUSTE EN LA PARTE INFERIOR DE LA SILLA DE RUEDAS. * INCLUYEN BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR AUTOMÁTICO. * LOS CONTROLES INCLUYEN UN INDICADOR DE ESTADO DE CARGA DE BATERÍA.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 3 AÑOS
34	HAND BIKE	* VEHÍCULO DE IMPULSIÓN MANUAL CON REFIACIÓN DE PIÑONES. * MARCO EN TUBO DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. * RUEDA DE 26" INFLABLE, MANZANA Y RIN DE ALUMINIO, SISTEMA DE PUNTILLA. * SISTEMA DE 18 VELOCIDADES CONTRIPLATO. * PACHA DE PIÑONES. * ESTABILIZADOR DE DICECCIÓN MEDIANTE RESORTES. * MANILARES ERGONÓMICOS. * FRENOS TIPO BICICLETA.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
35	GRUA MECANICA E HIDRAULICA	* ESTRUCTURA EN ACERO REFORAZO CON ACABO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. * SISTEMA DE PISTÓN HIDRÁULICO DE MANDO MANUAL DE 8 TONELADAS DE CAPACIDAD. * MANDO DE MANUALES MEDIANTE PALANCA. * RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 4" CON FRENO DE PEDAL. * RUEDAS DELANTES GIRATORIAS DE 5" CON FRENO DE PEDAL. * ARNÉS DE SOPORTE EN LONA, CON CORREAS GRADUABLES. * ESTRUCTURA PLEGABLE PARA SU FÁCIL TRANSPORTE. * BASE DE SUSTENTACIÓN DE DOS POSICIONES CAMBIABLES MEDIANTE PINES DE POSICIÓN. * CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 2 AÑOS
36	PLANTILLAS CON REALCE	* PLANTILLAS SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA SOBRE MEDIDAS * ELABORADAS EN MATERIAL BLANDO Y REALCE DE ACUERDO A PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES


37	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	* PLANTILLA PARA FASCITIS PLANTAR O ESPOLON CALCANEEO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
38	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	* PLANTILLA TIPO TULIS ALTO IMPACTO: SOPORTAN EL MAYOR PESO CORPORAL Y PERMITEN ADAPTACION A CUALQUIER ZAPATO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
39	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	* PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO CON ACOSTILLAMIENTOS EN CUADRICULA DE BAJO IMPACTO QUE PERMITA LA ABSORCION DE CHOQUE AL CAMINAR.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
40	MEDIAS PARA VARICE DE COMPRESION GRADUADA KITX3 PARES	* MEDIA-MEDIA PARA VARICE X 3 PARES, SEGÚN PRESCRIPCIÓN Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - TIPO DE MEDIA: CALCETÍN, MEDIO MUSLO, PANTYMEDIA, - COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN , - TALLA - COLORES - TEXTURA.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
41	CALZADO PARA PIE DIABETICO Y/O ARTRITICO ADULTO	* CALZADO ESTRUCTURA BIOMECÁNICA PARA PROVEER PROTECCIÓN Y COMODIDAD, * AMPLIA CAJA INTERNA, * PIELES BIODEGRADABLES SIN COSTURAS EN SU INTERIOR, * LIVIANOS, * PLANTILLA REMOVIBLE ANTIBACTERIAL, * SUELA DE ALTA DENSIDAD (SEMIROCKER) Y/O SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, * DISEÑO SEMIDEPORTIVO Y FORMAL PARA DAMA O CABALLERO SEGÚN LA NECESIDAD (MODELO Y COLOR A GUSTO Y NECESIDAD DEL USUARIO)	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
42	CALZADO ORTOPEDICO Y/O DIABETICO PARA NIÑO	* ELABORADO SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, * COLOR A GUSTO DEL USUARIO ELABORADOS EN CUERO, * SUELA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE, * DE CORDÓN, HEBILLA O VELCRO SEGÚN NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
43	CALZADO ORTOPEDICO PARA ADULTO	* ELABORADO SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA * COLOR A GUSTO DEL USUARIO ELABORADOS SOBRE MEDIDAS * CUERO CON SUELA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE, * CON TIPO DE AMARRE O CIERRE, COLOR Y MODELO SEGÚN NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN Y GUSTO DEL USUARIO.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
44	KIT DE PARKINSON	EL KIT DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: * CALZADOR DE MANGO LARGO, * CALZADOR DE MEDIAS, * ABOTONADOR DE TOMA AMPLIA, * JUEGO DE CUBIERTOS DE TOMA AMPLIA EN POLIPROPILENO (CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO Y CUHARITA POSTRERA), * PLATO HONDO Y PLANTO PANDO ANTI DERRAME CON FIJACIÓN A SUPERFICIES PARA PORCIONES ADULTO, * VASO Y POCILLO ANTI DERRAME CON ASAS AMPLIAS Y/O PESO, Y/O CON FIJACIÓN A SUPERFICIES, * MANILLAS ANTI-TEMBLOR BILATERAL, * TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, * ESPONJA DE ASEO CORPORAL CON MANGO LARGO PLÁSTICO, * MANGO MULTIFUNCIONAL * PINZA ALCANZA OBJETOS. * UNA TIRA DE 2 METROS DE VELCRO (MACHO Y HEMBRA).	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
45	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	* ELABORADO EN METAL O POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA * RESISTE AL PESO HASTA 110 KG * ANTICORROSIVO * CON TAPA EN PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPIEZA * APOYA BRAZOS EN ALUMINIO, TUBERÍA REDONDA Y ABATIBLES * ALTA CALIDAD DE PINTURA TORNILLOS Y SOLDADURAS Y ACABADOS. INCLUYE INSTALACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO * LIVIANO Y FÁCIL DE LIMPIAR	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
46	BARRAS DE SUJECION PARA BAÑO	* BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO Y DUCHA. * FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE * ADHERIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA A SOPORTES EN PLATINA DE HIERRO DE UNA PULGADA PARA FIJAR A SUPERFICIES POR MEDIO DE TORNILLOS. * DEBE INCLUIR LA INSTALACIÓN. * COTIZACIÓN POR CENTÍMETROS * LAS MEDIDAS ESTARÁN DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
47	BARRAS DE SUJECION PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	* BARRAS DE SUJECIÓN PARA OTROS AMBIENTES EN CASA. * FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE ADHERIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA A SOPORTES EN PLATINA DE HIERRO DE UNA PULGADA PARA FIJAR LAS SUPERFICIES POR MEDIO DE TORNILLOS. * DEBE INCLUIR INSTALACIÓN. * COTIZACIÓN POR METRO.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO


48	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	* CAMA CORRIENTE DE 3 PLANOS * CAPACIDAD DE PESO DE 200KG * PIECERO Y CABECERO CONSTRUIDOS EN TUBO CUADRADO DE 11/2 * TENDIDO EN TRES SECCIONES EN LÁMINA CALIBRE 20 * ACCIONADA MANUALMENTE * MEDIDAS APROX. DE 1.90MTS DE LARGO 90 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA DEL TENDIDO * TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA * RUEDAS CO FRENOS EN CADA UNA * BARANDAS * AJUSTE DE PLANO DE TÓRAX PIES Y ALTURA CON MANIVELA ABATIBLE QUE SE PUEDE OCULTAR BAJO LA CAMA * INCLUYE ENTREGA Y ADAPTACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO, * PLACA DE MARCACACIÓN CON LOGO DE FDL Y SUBRED NORTE	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
49	CAMA HOSPITALARIA SEMIELECTRICA	* CAMA ELÉCTRICA DE 4 PLANOS 3 MOVIBLES Y UNO FIJO, * PLEGABLE, * MEDIDAS APROX. DE 1.90 A 2.10 MTS DE LARGO, 90 CMS DE ANCHO Y 65 CMS DE ALTURA DEL TENDIDO, * CAPACIDAD DE PESO DE 200 KG, * CON BARANDAS, * MANEJO POR CONTROL ACCESIBLES PARA EL USUARIO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA DE LA CAMA, * CUATRO (4) RUEDAS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, * FRENOS EN DOS RUEDAS, * INCLUYE ENTREGA Y ADAPTACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO. * PLACA DE MARCACACIÓN CON LOGO DE FDL Y SUBRED NORTE	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
50	RAMPA DE ACCESO PORTATIL	* ELABORADA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO * ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA * LÁMINA ALFAJOR ANTIDESLIZANTE METÁLICO DE 1/8" * BORDES DE SEGURIDAD * SOPORTES DE BASE DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD * ALTURA DESDE 10 A 25 CENTIMETROS. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
51	MANGO MULTIFUNCIONAL	* MANGO MULTIFUNCIONAL PARA ADAPTACION Y AGARRE DE ELEMENTOS DELGADOS * USO DIARIO * LIVIANO * CILINDRICO * EN MADERA LACADA.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
52	PINZA ALCANZA OBJETOS	* PINZA METALICA DE 90 CM DE LARGO, * ALCANZA OBJETOS PARA LEVANTARLOS DEL PISO O PARA ALCANZAR OBJETOS ALTOS * CON PUNTA SUAVE * ANTIDESLIZANTE * GATILLO DE ACCION SENCILLO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
53	CEPILLO EXTENSOR	* PINZA METALICA DE 90 CM DE LARGO, * ALCANZA OBJETOS PARA LEVANTARLOS DEL PISO O PARA ALCANZAR OBJETOS ALTOS * CON PUNTA SUAVE * ANTIDESLIZANTE * GATILLO DE ACCION SENCILLO	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
54	COLOCADOR DE MEDIAS	* BASE EN POLIPROPILENO * CINTA PARA AGARRAR * FLEXIBLE RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
55	DESVESTIDOR DE CALZADO	* ACCESORIO CON FUNCION PARA CALZAR Y QUITAR ZAPATOS Y TAMBIEN FUNCION PARA QUITAR PRENDAS DE VESTIR * MATERIAL EN MADERA LACADA * CON UNA PUNTA FUNCION DE CALZADOR Y EN LA OTRA DE GANCHO * LARGO APROXIMADO 80 CMS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
56	GANCHO ABOTONADOR	* GANCHO ABOTONADOR EN MADERA Y ALAMBRE TEMPLADO * CILINDRICO CON UNA FUNCION DE ABOTONADOR EN UNA PUNTA Y EN LA OTRA FUNCION DE MANIPULACIÓN DE CREMALLERAS	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
57	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	* GANCHO CON MANGO DE MADERA * PINZA CON GARFIO QUE PERMITE TOMAR LAS PRENDAS * FUNCION PARA VESTIR Y DESVESTIIR	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
58	MANILLA ANTITEMBLOR	* MANILLA EN TELA IMPERMEABLE CON RELLENO DE PEQUEÑAS BOLITAS DE ACERO * VELCRO DE AJUSTE DE FORMA RECTANGULAR PARA CONSTATAR EL TEMBLOR EN MANO * USO BILATERAL	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES
59	KIT PARA ALIMENTACION	EL KIT DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: * CUBIERTOS CON MANGOS DE TOMA AMPLIA, DIREFERENTE FORMA, ANGULACIÓN, LONGITUD Y/O CON VELCRO, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL USUAIO PARA DIESTROS O ZURDOS (CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO Y CUHARITA POSTRERA), * PLATO HONDO Y PLANTO PANDO ANTI DERRAME CON FIJACIÓN A SUPERFICIES PARA PORCIONES ADULTO, * VASO Y POCILLO ANTI DERRAME CON ASAS AMPLIAS Y/O PESO, Y/O CON FIJACIÓN A SUPERFICIES. * BABERO. (MEDIDAS PEDIATRICO, JUNIOR Y/O ADULTO)	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 6 MESES

60	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACION ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TECNICO DE APROBACION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL	PARA LO CUAL EL OFERENTE ENVIARA EL PORTAFOLIO DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE CON LOS RESPECTIVOS VALORES.	A DEMANDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	GARANTÍA 1 AÑO
OBSERVACIÓN: SE SOLICITA QUE EL OFERENTE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS POR GRUPO 1: MOVILIDAD Y GRUPO 2: PROTECCIÓN Y LÍNEA BLANDA.						
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN						
SEGÚN ANEXO						
DOCUMENTOS SOPORTES QUE DEBE ANEXAR EL PROPONENTE	JURÍDICOS:					
	1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)					
	2 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)					
	3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED)					
	4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / MATRÍCULA MERCANTIL (EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS)					
	5 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT					
	6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RIT					
	7 FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL					
	8 CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS					
	9 CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS					
	10 CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.					
	11 CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICÍA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.					
	12 CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.					
	13 CERTIFICACIÓN BANCARIA					
	14 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EN LAS OFERTAS CUYA CUANTÍA SEA IGUAL O SUPERIOR A 150 S.M.M.L.V., EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN EN CASO DE QUE EL SELECCIONADO NO SE ALLANE A LA CELEBRACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA PROPUESTA Y TENDRÁ UNA DURACIÓN IGUALA LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA ACEPTACIÓN O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.					
	15 RUP (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES). ACTUALIZADO VIGENCIA DE 2020. CON INFORMACIÓN DE CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2020.					
	FINANCIERA:					
	1 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEBIDAMENTE DISCRIMINADOS CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020.					
	2 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA DE PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL QUE FIRMAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS APORTADOS.					
	SARLAFT:					
	1 AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED).					
	2 ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGÚN SEA EL CASO. (SOLO LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD).					
	3 FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.					
	TÉCNICOS:					
	1 REGISTRO DE INSCRIPCION A LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS SEGÚN ART.8 DEL DECRETO 4725 DEL 2005 EXPEDIDO POR EL INVIMA CUANDO CORRESPONDA A FABRICANTES. EN LO CORRESPONDIENTE A LOS DISTRIBUIDORES DEBERÁN ANEXAR LA CARTA DE SU FABRICANTE.					
2 REGISTRO SANITARIO INVIMA PARA LOS ÍTEMS OFERTADOS DE LOS GRUPOS DE AYUDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS (CUANDO APLIQUE).						
3 AUTORIZACION DE COMERCIALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA (DISTRIBUIDOR) CARTA QUE DEMUESTRE LA FACULTAD DE DISTRIBUIR O COMERCIALIZAR, DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR Y DONDE SE EXPRESEN LOS TIEMPOS DE GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS.						
4 CARTA EXPEDIDA POR EL OFERENTE DONDE CERTIFIQUE SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y UN STOCK PARA EL CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A ROTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA AYUDA TÉCNICA.						
5 ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS EN EL CUAL CONTENGAN: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUIDADOS Y GARANTIA.						
6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE: EXPERIENCIA DEMOSTRADA A TRAVÉS DE CONTRATOS: EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR MÁXIMO 3 (TRES) CONTRATOS EJECUTADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS CON OBJETO SIMILIAR AL PRESENTE PROCESO Y QUE SUMADAS SEAN IGUALES O SUPERIOES AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PROCESO.						
ECONÓMICOS:						
1 PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE LOS ÍTEMS A CONTRATAR. (ANEXO 5 ENTREGADO POR LA SUBRED)						
2 LA PROPUESTA DEBERÁ CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DÍAS.						
3 LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.						

4 LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
JURÍDICOS	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS		
FINANCIEROS	1. CUMPLE O NO CUMPLE. PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 2. CUMPLE O NO CUMPLE CON DOS (2) DE LOS TRES (3) INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS: A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR Ó IGUAL A UNO PUNTO CINCO (1,5), CALCULADO ASÍ: $\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ} = \text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$. B) ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: DEBERÁ ACREDITAR UN NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, MENOR Ó IGUAL A CERO PUNTO SESENTA (0,60), CALCULADO ASÍ: $\text{ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO} = \text{PASIVO TOTAL} / \text{ACTIVO TOTAL}$. C) CAPITAL DE TRABAJO: DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL AL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO. ESTE FACTOR SE CALCULARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: $\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$.		
SARLAFT	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS		
TÉCNICOS	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS		
ECONÓMICOS	EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS FACTORES HABILITANTES Y SU PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PRESENTE INVITACIÓN A COTIZAR. LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ AL MENOR VALOR POR GRUPO.		
CRITERIOS DE DESEMPATE	EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN: 1. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.		
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA			
1. CUANDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y LEGALES DE LA PROPUESTA NO PERMITA SU ADJUDICACIÓN. 2. CUANDO SE DEMUESTRE LA PARTICIPACIÓN DE UN OFERENTE EN VARIAS PROPUESTAS. 3. CUANDO SE SOLICITE ALGUNA ACLARACIÓN Y ESTA NO SEA ATENDIDA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO O LO RESPONDA DE MANERA INSATISFACTORIA O INCONSISTENTE O LO HAGA MODIFICANDO LA OFERTA. 4. CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADO EN LUGAR O FECHAS DIFERENTE AL CRONOGRAMA. 5. CUANDO EL OFERENTE PRESENTE INFORMACIÓN INEXACTA O NO CORRESPONDA A LA VERDAD. 6. CUANDO EXISTAN MOTIVOS QUE IMPIDAN LA ESCOGENCIA OBJETIVA DE LA OFERTA Y PROPONENTE. 7. CUANDO LA PROPUESTA SUPERE EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN			
VALOR	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)	CDP No.	732
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	FECHA DE CDP	31/03/2021
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO			
FORMA DE PAGO	(90) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PARAGRAFO: NO OBSTANTE, PARA EFECTO DEL PAGO SE TENDRÁ EN CUENTA EL FLUJO DE CAJA DE LA ESE	PLAZO DE EJECUCIÓN APROXIMADO	SEIS (6) MESES
FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS			
SITIO DE ENTREGA	EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD	A) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTÍA NATURALEZA O COMPLEJIDAD ASÍ LO EXIJA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS. B) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS. LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.		
GENERALES: 1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	3. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. 4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS 5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. 7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. 10. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 11. LAS DEMÁS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESPECÍFICAS: 1. ENTREGAR GARANTÍA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ASESORÍA, ENTRENAMIENTO Y AJUSTES PARA EL GRUPO DE MOVILIDAD. (SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTO (HOJA) EN ORIGINAL Y COPIA, PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS) 2. ENTREGAR GARANTÍA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ASESORÍA, ENTRENAMIENTO Y AJUSTES PARA EL GRUPO DE HIGIENE, PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPEDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD. (SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTO (HOJA) EN ORIGINAL Y COPIA, PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS) 3. ENTREGAR LOS BIENES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y CON PROTOCOLOS DE LIMPIEZA POR DE ACUERDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO, LOS CUALES DEBERÁN SER ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS NI REPOTENCIADOS, DE PRIMERA CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROFESIONAL O TÉCNICO CON EXPERIENCIA PARA LA TOMA DE MEDIDAS EN GRUPO DE MOVILIDAD, GRUPO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA BLANDA, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL DEBE ALLEGAR CON LA PROPUESTA, HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DEL PROFESIONAL O TÉCNICO EN REHABILITACIÓN O CARRERAS AFINES, QUE ACREDITE COMO MÍNIMO 1 (UN) AÑO DE EXPERIENCIA EN TOMA DE MEDIDAS E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE GRUPO DE MOVILIDAD Y GRUPO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA BLANCA. 5. ASUMIR EL COSTO DE TRASLADO, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED Y/O DOMICILIO DEL USUARIO) 6. ASUMIR LOS GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL O CUALQUIER OTRO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 7. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y SE OBLIGA A REMPLAZAR A SUS EXPENSAS A ENTERA SATISFACCIÓN Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA SUBRED ESE, AQUELLOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD O CON DEFECTOS DE PRODUCCIÓN EN EL TÉRMINO QUE EL SUPERVISOR LE SEÑALE. 8. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS CUENTAN CON LAS AUTORIZACIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR EXPEDIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 9. PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS BIENES ADQUIRIDOS, EN DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 10. ENTREGAR MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EN IDIOMA CASTELLANO Y EN MEDIO FÍSICO Y AUDIO, EL DÍA QUE SE HAGA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR, EN CASO QUE ESTÉ EN IDIOMA DIFERENTE, ENTREGAR LA RESPECTIVA TRADUCCIÓN, SI EL BIEN LOS TIENE. 11. DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ESE EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA. 12. DAR RESPUESTA DENTRO DE UN TIEMPO MÁXIMO DE OCHO (8) HORAS, SIGUIENTES A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ENTIDAD (VÍA TELEFÓNICA U OTRO MEDIO) EN CASO DE REQUERIRSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS BIENES ENTREGADOS. 13. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS ENTREGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL; EN EL CASO DE LAS CAMAS, COLCHONES HOSPITALARIOS, ELEVADORES, BARRAS, GRÚAS, SILLAS DE DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS, RAMPAS Y OTROS QUE REQUIERAN INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL DOMICILIO DEBERÁ REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA ENTREGA EN EL DOMICILIO DEL USUARIO. ESTA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR 14. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL SOLICITADAS DEBE SER ELABORADAS SOBRE MEDIDAS, DEBIDAMENTE ADAPTADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES Y SERÁN ENTREGADAS A LA SUBRED UNA VEZ EL USUARIO REFIERA PLENA SATISFACCIÓN AL MOMENTO DE LA PRUEBA. 15. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL QUE NO REQUIERAN ESPECIFICACIONES SOBRE MEDIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 16. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL QUE REQUIERAN ELABORACIÓN SOBRE MEDIDAS O FABRICACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 17. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER TEMPORALMENTE AL USUARIO EL DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PERSONAL, CUANDO HACIENDO USO DE LA GARANTÍA NO PUEDA CONTAR CON SU AYUDA TÉCNICA. 18. AJUSTAR LAS AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 8 DÍAS CALENDARIO. 19. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL SILLAS DE RUEDAS Y CAMAS HOSPITALARIAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS CON LOGOS DEL FDL Y LA SUBRED EN ESPALDAR EN EL CASO DE SILLAS DE RUEDAS Y PLACA EN CAMAS Y SILLAS DE RUEDAS (ARTE APROBADA POR LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL). 20. SE REQUIERE GENERAR ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN CON EL EQUIPO PROFESIONAL EN TEMAS RELACIONADOS A NUEVAS TECNOLOGÍA Y LA CORRECTA PRESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERA.
------------------------------	--

ACLARACIONES			
EN CASO DE ACLARACIONES	EL OFERENTE PODRÁ REMITIR SUS OBSERVACIONES POR LA PLATAFORMA SECOP II.		
ANEXOS	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES ANEXO 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ANEXO 4. FORMULARIO SARLAFT ANEXO 5. OFERTA ECONOMICA		
APROBACIÓN			
FIRMAS	Coordinador de Bienes y Servicios:	LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA	
	Nombre y Firma Dirección de Contratación (E):	DR. CARLOS HUMBERTO AGON LLANOS <i>nc</i>	
	Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente Corporativo:	DR. FABIO CORTÉS CRUZ	
	Nombre y Firma Gerente:	DR. JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO	



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

INVITACIÓN A VEEDURÍA CIUDADANA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-CT-F-03-05

VERSIÓN: 5

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA: 18/05/2020

INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

TIPO DE PROCESO

(Marque con una X
dependiendo el tipo de
proceso)

A. ☒ CONTRATACIÓN DIRECTA/INVITACIÓN A
COTIZAR

B. ☐ CASOS ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

C. ☐ CONVOCATORIA
PÚBLICA

D. ☐ OTROS MECANISMOS DE
SELECCIÓN

OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.

El presente proceso de selección se surtirá de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, en atención del cumplimiento de los principios de la contratación estatal y/o la función pública

Cordialmente,


CARLOS HUMBERTO AGÓN LLANOS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Marzo 31 De 2021

CDP. No.

732

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 421501040100010000000000000001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101

NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 1,688,226,500.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE : 8,592,921,226.00

SALDO DE APROPIACION : 10,281,147,726.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:SUMIN DISPOSITIVOS ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS CO
N DISCAPAC

POR UN VALOR INICIAL DE : 500,000,000.00

CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00

PARA UN VALOR ACTUAL DE : 500,000,000.00

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,688,226,500.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 8,092,921,226.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (240) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

MAGDA YISELA PINEROS BARRETO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ANEXO
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 024-2021

PUBLICACIÓN APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN	28/04/2021
OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN A COTIZAR	29/04/2021 Máximo Hasta las 4:00P.M
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA INVITACIÓN	30/04/2021
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS	PLAZO MÁXIMO HASTA FECHA: 4/05/2021 HORA: 10:00A.M
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS	PLAZO MÁXIMO HASTA FECHA: 4/05/2021 HORA: 10:10A.M
VISITA TECNICA:	DIA: Miércoles 5/05/2021 HORA: 9.00AM LUGAR: Empresa y/o fabrica de los oferentes participantes DIRIGIDA: Carolina García Sarmiento, Magaly Núñez
EVALUACIÓN CRITERIOS JURÍDICOS, SARLAFT, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	Desde el 4/05/2021 Hasta 6/05/2021
PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES INICIALES	07/05/2021
OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES INICIALES	10/05/2021 MAXIMO HASTA LAS 4:30P.M
PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS	DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTES A OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES INICIALES.
REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS